

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sayı
Konu

: 1714
: Fiyat Teklifi

Tarih : 23.06.2022

Hastanemizin ihtiyacı olan AFEREZ KÖK HÜCRE SAKLAMA TORBASI ALIMI Malzeme alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V.hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.

Tuğba DİNLER

Sıra	İş Kalemi Açıklaması	Miktar	Birim	SUT Kodu	SUT Fiyatı	UBB Kodu	Birim Fiyat
1	AFEREZ KÖK HÜCRE SAKLAMA TORBASI 250 ML	30	Adet				
Toplam							

Son Teklif Verme Tarihi: 24.06.2022 Saat:10:00

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
 - 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
 - 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
 - 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
 - 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
 - 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 - 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
 - 8-4734 sayılı kanunun 22-f bendine göre yapılan alımlarda malzeme kullanıldığı kadar fatura edilecektir.
 - 9-Ödeme Zamanı: Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip () takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
 - 10-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunu belirtecektir. Tedarikçi firma bunların SUT hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş almasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak ÜTS kayıtlarını esas almadığında hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır. yüklenicinin malzemesi herhangi bir surette malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediği, bayilik ve UBB kayıtları sistemden düşmesi nedeniyle geri ödeme yapmaması durumunda oluşan zarar idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
 - 11-Alımlarımız <http://adanasehir.saglik.gov.tr> adresinden de eş zamanlı olarak görülebilir. Ayrıca eposta adresinizi birimimize verdiğiniz takdirde alımlarımız konusuna göre eposta olarak da gönderilebilmektedir.
- Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.
2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.
3-Ortopedi ve Beyin Cerrahi Alımlarında sterilizasyon ücreti %2 oranında alınacaktır.

FİRMA-KAŞE
İMZA

SMT1622-DONDURMA TORBASI, KÖK HÜCRE

SMT Temel İşlevi:	1. Hücresel kan bileşenleri, kordon kanı, kemik iliğinin, kriyojenik olarak güvenli bir şekilde saklanabilmesini sağlamalıdır.
SM malzeme tanımlama bilgileri:	2. Düşük ısılar için torba EVA ‘dan (Etil Vinyl Asetat) imal edilmiş olmalıdır. 3. Torbanın ürün almaya yarayan örnek alma bağlama parçası ve transfer setleriyle uyumlu en az iki adet membran portu bulunmalıdır. 4. Torbaya üstten bağlı tüp sistemi, en az iki adet roller klempeli veya klempeli çıkış içermelidir. 5. Torbaların dondurma kapasitesi merkezinin tank sisteminde bulunan kaset büyüklüğüne göre 250ml, 500ml, 750 ml hacimlerinde olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	6. Torba -196 °C gibi sıvı azotun kullanıldığı düşük ısılara dayanıklı olmalıdır. 7. Dondurulduktan sonra torbanın kapatılması işlemi, ürün kontaminasyonuna sebep olmayacak şekilde torbaya bağlı tüp sisteminde sağlanmalıdır. 8. Hızlı dondurma işlemleri için uygun olmalıdır.
Genel Hükümler:	9. Torba üzerinde bağışçı ve hasta bilgilerinin yazılabileceği bir bölüm bulunmalıdır. 10. Torbalar tek tek steril orjinal ambalajlarında olmalıdır. 11. Torba, kesinlikle sağlığa ve dondurulacak olan ürün yapısına zarar verecek: Pyrogen, Ftalat, BPA, Latex içermemelidir. Firmalar torbalarının bu özellikleri sağladığını kullanım kılavuzlarında açıkça belirtmemdir.

Seda ALDIRMAZ
Terapötik Aferez Ünitesi
Sorumlusu/Lab. Direktörü

Doç. Dr. Didar YANARDAĞ-AÇIK
Adana Şehir Hastanesi
İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı
Dip. No: 1890
Uzm. Tesşil. No: 7309-106041

Uzm. Dr. Bülent AYGÜN
Adana Şehir Hastanesi
İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı
Uzm. Tesşil. No: 7309-106041