

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sayı : 1972
Konu : Fiyat Teklifi

Tarih : 22.07.2022

Hastanemizin ihtiyacı olan ENDOSKOPIK ARTİKÜLASYONLU BASAMAKLI STAPLER KARTUŞ ALIMI Malzeme alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V.hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.

Tuğba DİNLER

Sıra	İş Kalemi Açıklaması	Miktar	Birim	SUT Kodu	SUT Fiyatı	UBB Kodu	Birim Fiyat
1	DÜZ KAPATICI VE KESİCİ STAPLER YÜKLEME ÜNİTESİ ENDOSKOPI K OYNAR BAŞLI TETİKLİ VASKÜLER ORTA/KALI N DOKU DİSPOSABLE 60MM	130	Adet				
Toplam							

Son Teklif Verme Tarihi: 25.07.2022 Saat:13:00

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
 - 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
 - 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
 - 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
 - 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
 - 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 - 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
 - 8-4734 sayılı kanunun 22-f bendine göre yapılan alımlarda malzeme kullanıldığı kadar fatura edilecektir.
 - 9-Ödeme Zamanı: Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip () takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
 - 10-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunu belirtecektir. Tedarikçi firma bunların SUT hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş almasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak ÜTS kayıtlarını esas almadığında hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır, yüklenicinin malzemesi herhangi bir surette malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediği, bayilik ve UBB kayıtları sistemden düşmesi nedeniyle geri ödeme yapmaması durumunda oluşan zarar idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
 - 11-Alımlarımız <http://adanasehir.saglik.gov.tr> adresinden de eş zamanlı olarak görülebilir. Ayrıca eposta adresinizi birimize verdiğiniz takdirde alımlarımız konusuna göre eposta olarak da gönderilebilmektedir.
- Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.
2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.
3-Ortopedi ve Beyin Cerrahi Alımlarında sterilizasyon ücreti %2 oranında alınacaktır.

FİRMA-KAŞE
İMZA

ENDOSKOPIK ARTİKÜLASYONLU BASAMAKLI STAPLER KARTUŞU

1. Açık ve endoskopik cerrahide kullanıma uygun olmalıdır.
2. Kartuş zimbaların yer aldığı alt aksam, zimbaların ateşleme ile beraber B formasyonunun oluşmasını sağlayan anvil kısmından ve bıçaktan oluşmalıdır.
3. Anvil kısmı staplerinkaptama basıncını dokuya daha iyi aktarabilmesi için sabit ve dayanıklı olmalıdır.
4. Yükleme ünitesi kesme hattının sağına ve soluna farklı bacak boylarına sahip üçer sıra zimba yerleştirerek kesmeyi sağlamalıdır.
5. Yükleme ünitesindeki zimbalar ateşlendikten sonra en uygun lateral sıkıştırma basıncını sağlaması için aşağıdaki ölçülere sahip olmalıdır.
 - en içteki zimbaların ateşlemeden önceki bacak uzunluğu 4.0mm ateşlendikten sonraki ölçüsü 1.75mm
 - orta sıradaki zimbaların ateşlemeden önceki bacak uzunluğu 4.5mm ateşlendikten sonraki ölçüsü 2.0mm
 - en dış zimbaların ateşlemeden önceki bacak uzunluğu 5.0mm ateşlendikten sonraki ölçüsü 2.25mm olmalıdır.
6. En dış sıradaki zimba en yüksek yapıda olmalı , dokuyu daha az sıkıştırmalı, zimba hattı güvenliğini maksimuma çıkartmalıdır.
7. Yükleme ünitesi stapler üzerindeki mandal vasıtası ile 45 derece sağa 45 derece sola artikülasyon yapmalıdır.
8. Yükleme ünitesi üzerinde bıçağın harekete geçtiği ve bıçağın durduğu noktaları gösteren çizgiler yer almalıdır.
9. Zimba hattı uzunluğu en az 60 mm kesi hattı uzunluğu en az 57mm olmalıdır.
10. Yükleme ünitesi kalın doku uygulamalarından 'B' formasyonunun oluşması için ateşleme ile beraber üst çeneyi doku üzerine pozisyonlayan bıçağa monte mekanizmaya sahip olmalıdır.
11. Yükleme ünitesi 15mm porttan kullanılabilir olmalıdır.

Op.Dr. Sefa ÖZYAZICI
Genel Cerrahi Uzmanı
Adana Nuruosmaniye Eğitim ve Araştırma Hast.
Dip.No: 12000/1559/108242
Uzm.Tes.No: 83391