2022-06240

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sayı : 2004 Tarih : 27.07.2022
Konu : Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 3 Kalem Tıbbi Sarf Yedek Parça Malzeme alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V.hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.

Volkan GÖKDEMİR

Sıra	İş Kalemi Açıklaması	Miktar	Birim	SUT Kodu	SUT Fiyatı	UBB Kodu	Birim Fiyat
1	TANSİYON HOLTERİ MANŞONU TEK HORTUMLU PEDİATRİK.	5	Adet				
2	TANSİYON HOLTERİ MANŞONU TEK HORTUMLU YETİŞKİN-	15	Adet				
3	TANSİYON HOLTERİ MANŞONU TEK HORTUMLU YETİŞKİN.	10	Adet				
						Toplam	

Son Teklif Verme Tarihi: 28.07.2022 Saat 12.00

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
8-4734 sayılı kanunun 22-f bendine göre yapılan alımlarda malzeme kullanıldığı kadar fatura edilecektir.
9-Ödeme Zamanı: Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip ( ) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
10-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunu belirtecektir. Tedarikçi firma bunların SUT hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş almasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak ÜTS kayıtlarını esas almadığında hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır, yüklenicinin malzemesi herhangi bir surette malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediği, bayilik ve UBB kayıtları sistemden düşmesi nedeniyle geri ödeme yapmaması durumunda oluşan zarar idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
11-Alımlarımız http:adanasehir.saglik.gov.tr adresinden de eş zamanlı olarak görülebilir. Ayrıca eposta adresinizi birimimize verdiğiniz takdirde alımlarımız konusuna göre eposta olarak da gönderilebilmektedir.
Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.
2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.
3-Ortopedi ve Beyin Cerrahi Alımlarında sterilizasyon ücreti %2 oranında alınacaktır.

FİRMA-KAŞE
İMZA

ADANA ŞEHİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KIŞLA MAH M. ÖZSAN BULVARI 45221 Yüreğir/ADANA
Tlf: 0322 4559000 Fax: 0322 3440308 e_mail: adanasehirhastanesisatinalma@gmail.com

TANSİYON HOLTER MANŞONU 17-26 CM
(TONOPORT V MARKA- YETİŞKİN)
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Manşon klinik olarak valide edilmiş olmalı ve bu bilgi manşon ambalajında belirtilmiş olmalıdır.
2. Manşon üzerinde kullanım aralığı (ebat bilgileri) hem cm hemde inç cinsinden yazılı olmalıdır.
3. Manşon üzerinde doğru yerleştirilebilmesi içim arter noktası belirtilmiş olmalıdır.
4. Manşon malzemesi ,basınca dayanıklı, cilde zarar vermeyen latex ,PVC PEPH içermeyen malzemeden yapılmış olmalı ve anti alerjik malzemeden omalıdır.
5. Manşon üzerinde latex PVC PEPH içermediği yazılı olmalıdır.
6. Manşon çok kullanımlı olduğu için uygun solisyonlarla dezenfekte edilebilmeli ve hava kesesi çıkarılarak yıkanabilir özellikte olmalıdır.
7. Maşon terletmez yapıda olmalıdır.
8. Manşon hortumu tek girişli olmalı erişkin için uygun hortum uzunluğuna sahip olmalı ve her bir manşon metal bağlantı (NBC soket) içermelidir.
9. Manşon üzerindeki yeri hassasiyetle belirtilmiş cırt cırtlı tutucu bantlar, çok sayıda açıp kapama sonucunda bile gerekli direnci koruyacak yapıda olmalıdır.
10. Manşon moniterizasyon boyunca hasta kolunda bükülmeden kalabilmeyi sağlamak amacıyla metal halka içermelidir.
11. Manşon 17-26 cm arası kullanıma uygun olmalıdır.
12. Manşon TONOPORT V marka tansiyon holteri cihazı ve monitörü ile uyumlu olmalıdır.

S.B.Ü. Adana Şehir Hastanesi
Doç. Dr. Taner ŞEKER
Kardiyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No:139740

Doç.Dr. Onur Kadir TİMAL
Adana Şehir Hastanesi
Kardiyoloji Kliniği
Dip.Tes.No: 134217 Uzm.Tes.No: 92193

Tekniker
Musa KÖRKÜN
Kardiyoloji Kliniği
Koordinatörü

TANSİYON HOLTER MANŞONU 24-32 CM
(TONOPORT V MARKA- YETİŞKİN)
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Manşon klinik olarak valide edilmiş olmalı ve bu bilgi manşon ambalajında belirtilmiş olmalıdır.
2. Manşon üzerinde kullanım aralığı (ebat bilgileri) hem cm hemde inç cinsinden yazılı olmalıdır.
3. Manşon üzerinde doğru yerleştirilebilmesi içim arter noktası belirtilmiş olmalıdır.
4. Manşon malzemesi ,basınca dayanıklı, cilde zarar vermeyen latex ,PVC PEPH içermeyen malzemeden yapılmış olmalı ve anti alerjik malzemeden omalıdır.
5. Manşon üzerinde latex PVC PEPH içermediği yazılı olmalıdır.
6. Manşon çok kullanımlı olduğu için uygun solisyonlarla dezenfekte edilebilmeli ve hava kesesi çıkarılarak yıkanabilir özellikte olmalıdır.
7. Maşon terletmez yapıda olmalıdır.
8. Manşon hortumu tek girişli olmalı erişkin için uygun hortum uzunluğuna sahip olmalı ve her bir manşon metal bağlantı (NBC soket) içermelidir.
9. Manşon üzerindeki yeri hassasiyetle belirtilmiş cırt cırtlı tutucu bantlar, çok sayıda açıp kapama sonucunda bile gerekli direnci koruyacak yapıda olmalıdır.
10. Manşon moniterizasyon boyunca hasta kolunda bükülmeden kalabilmeyi sağlamak amacıyla metal halka içermelidir.
11. Manşon 24-32 cm arası kullanıma uygun olmalıdır.
12. Manşon TONOPORT V marka tansiyon holteri cihazı ve monitörü ile uyumlu olmalıdır.

S.B.Ü. Adana Şehir Hastanesi
Doç. Dr. Taner ŞEKER
Kardiyoloji Uzmanı
Diş. Tes. No:139740

Doç.Dr. Onur Kadir UYSAL
Adana Şehir Hastanesi
Kardiyoloji Uzmanı
Diş.Tes.No: 139217 Uzm.Tes.No: 92183

Tekniker
Musa KÖRKÜN
Kardiyoloji Kliniği
Koordinatörü

TANSİYON HOLTER MANŞONU 32-42 CM
(TONOPORT V MARKA- YETİŞKİN)
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Manşon klinik olarak valide edilmiş olmalı ve bu bilgi manşon ambalajında belirtilmiş olmalıdır.
2. Manşon üzerinde kullanım aralığı (ebat bilgileri) hem cm hemde inç cinsinden yazılı olmalıdır.
3. Manşon üzerinde doğru yerleştirilebilmesi içim arter noktası belirtilmiş olmalıdır.
4. Manşon malzemesi ,basınca dayanıklı, cilde zarar vermeyen latex ,PVC PEPH içermeyen malzemeden yapılmış olmalı ve anti alerjik malzemeden omalıdır.
5. Manşon üzerinde latex PVC PEPH içermediği yazılı olmalıdır.
6. Manşon çok kullanımlı olduğu için uygun solisyonlarla dezenfekte edilebilmeli ve hava kesesi çıkarılarak yıkanabilir özellikte olmalıdır.
7. Maşon terletmez yapıda olmalıdır.
8. Manşon hortumu tek girişli olmalı erişkin için uygun hortum uzunluğuna sahip olmalı ve her bir manşon metal bağlantı (NBC soket) içermelidir.
9. Manşon üzerindeki yeri hassasiyetle belirtilmiş cırt cırtlı tutucu bantlar, çok sayıda açıp kapama sonucunda bile gerekli direnci koruyacak yapıda olmalıdır.
10. Manşon moniterizasyon boyunca hasta kolunda bükülmeden kalabilmeyi sağlamak amacıyla metal halka içermelidir.
11. Manşon 32-42 cm arası kullanıma uygun olmalıdır.
12. Manşon TONOPORT V marka tansiyon holteri cihazı ve monitörü ile uyumlu olmalıdır.

S.B.Ü. Adana Şehir Hastanesi
Doç. Dr. Taner ŞEKER
Kardiyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 139740

Prof. Dr. Onur Kadir UYGUN
Adana Şehir Hastanesi
Kardiyoloji Kliniği
Dip.Tes.No: 134217 Uzm.Tes.No: 92193

Tekniker
Musa KÖRKÜN
Kardiyoloji Kliniği
Koordinatörü