

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sayı
Konu

: 2047
: Fiyat Teklifi

Tarih : 02.08.2022

Hastanemizin ihtiyacı olan ANESTEZİ VE REANİMASYON KLİNİĞİ AMBU SET ALIMI Malzeme alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V.hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.

Volkan SÖKDEMİR

Sıra	İş Kalemi Açıklaması	Miktar	Birim	SUT Kodu	SUT Fiyatı	UBB Kodu	Birim Fiyat
1	AMBU SET REUSABLE (ÇOK KULLANIMLIK) SİLİKON YETİŞKİN	400	Adet		0		
Toplam							

Son Teklif Verme Tarihi: 03.08.2022

Saat : 14:00

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
 - 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
 - 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
 - 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
 - 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
 - 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 - 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
 - 8-4734 sayılı kanunun 22-f bendine göre yapılan alımlarda malzeme kullanıldığı kadar fatura edilecektir.
 - 9-Ödeme Zamanı: Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip () takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
 - 10-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunu belirtecektir. Tedarikçi firma bunların SUT hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş almasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak ÜTS kayıtlarını esas almadığında hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır, yüklenicinin malzemesi herhangi bir surette malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediği, bayilik ve UBB kayıtları sistemden düşmesi nedeniyle geri ödeme yapmaması durumunda oluşan zarar idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
 - 11-Alımlarımız <http://adanasehir.saglik.gov.tr> adresinden de eş zamanlı olarak görülebilir. Ayrıca eposta adresinizi birimimize verdiğiniz takdirde alımlarımız konusuna göre eposta olarak da gönderilebilmektedir.
- Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.
2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.
3-Ortopedi ve Beyin Cerrahi Alımlarında sterilizasyon ücreti %2 oranında alınacaktır.

FİRMA-KAŞE
İMZA

SMT3887 AMBU SETİ

SMT Temel İşlevi:	1. Solunum fonksiyonunu bir şekilde tamamen kaybetmiş ya da yeterince nefes almayan hastalara pozitif basınçlı ventilasyon sağlamak amacı ile dizayn edilmiş medikal el cihazı şeklinde imal edilmiş olmalıdır.
SMT Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Ürün kullanılan hasta yaş guruplarına göre yetişkin ve pediatrik ürün tipleri olmalı ve bu tiplerin tek kullanımlık PVC ve/veya çok kullanımlık silikondan mamul ürün çeşitleri olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	<p>Yetişkin tip:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ambu balonu PVC veya silikon malzemeden yapılmış olmalıdır.2. Ürün esnek ve eski haline en kısa sürede dönebilecek yapıda olmalıdır.3. Silikon ambu balonuna sahip ürünler çift torbalı yapıda imal edilmiş olmalı ve/veya pop-off valfine sahip olmalıdır.4. Ürün rahatsız edecek şekilde kokmayan medikal malzemeden üretilmiş olmalıdır.5. Ambu balonu ile birlikte (PVC ve silikon) :1(bir) adet kancalı şişirilebilen şeffaf ambu maskesi, iki adet airway ve oksijen bağlantı hortumu set içinde bulunmalıdır.6. Tek yönlü güvenlik valfi bulunmalıdır.7. Balon hacmi 1500/1300 ml, oksijen rezervuar hacmi 2500/1200 ml olmalıdır.8. PVC Ambu üzerinde hastayı aşırı basınçtan koruyan ‘pop-off valve’ bulunmalı, Silikon olan türlerde bu valf görevini çift torba yapabilmeli yada pop-off valfine sahip olmalıdır.9. Basınç ayarı max 60 ± 10 cm H2O olmalı, Valve üzerinde max basınç ayarlama seviyesi yazılı olmalıdır.10. Ambunun alt kısmında oksijen bağlantı girişi bulunmalıdır.11. Maske bağlantı konektörü, ambunun her yöne rahatlıkla dönebilmesi için 360 derece dönen bir yapıda olmalıdır.12. Ambu maskesi seklerasyonların görülebilmesi için şeffaf ve yumşak yapıda olmalıdır.13. Ambu balonu, konektörü ve valveleri içerisinde toz-partikül olmamalı yüzeyi temiz olmalıdır.

ADANA ŞEHİR HASTANESİ
Uzm. Dr. Nurdan ÜNLÜ
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği
Yoğun Bakım Uzmanı
Dip. Tes. No: 123683

Doc. Dr. Hatice Kaya Özdoğan
Anestezi ve Reanimasyon
Dip. No: 70009
Tescil No: 50440

Dr. Ümit KARA
Adana ŞEHİR HASTANESİ
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Yoğun Bakım Uzmanı
Dip. Tescil No: 108427