

**T.C.**  
**ADANA VALİLİĞİ**  
**İl Sağlık Müdürlüğü**  
**Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi**

Sayı  
Konu

: 2129  
: Fiyat Teklifi

Tarih : 12.08.2022

Hastanemizin ihtiyacı olan LAPAROSKOPIK KLİP ATICI ALIMI işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V.hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.

Erol ÇETİNKAYA

Sıra	İş Kalemi Açıklaması	Miktar	Birim	SUT Kodu	SUT Fiyatı	UBB Kodu	Birim Fiyat
1	KLİP ATICI, LAPAROSKOPI K, 10MM, ML	200	Adet				
<b>Toplam</b>							

Son Teklif Verme Tarihi: 15.08.2022 TARİH SAAT 12.00'DIR.

**DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI**

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
  - 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
  - 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
  - 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
  - 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
  - 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
  - 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
  - 8-4734 sayılı kanunun 22-f bendine göre yapılan alımlarda malzeme kullanıldığı kadar fatura edilecektir.
  - 9-Ödeme Zamanı: Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip ( ) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
  - 10-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunu belirtecektir. Tedarikçi firma bunların SUT hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş almasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak ÜTS kayıtlarını esas almadığında hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır, yüklenicinin malzemesi herhangi bir surette malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediği, bayilik ve UBB kayıtları sistemden düşmesi nedeniyle geri ödeme yapmaması durumunda oluşan zarar idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
  - 11-Alımlarımız <http://adanasehir.saglik.gov.tr> adresinden de eş zamanlı olarak görülebilir. Ayrıca eposta adresinizi birimimize verdiğiniz takdirde alımlarımız konusuna göre eposta olarak da gönderilebilmektedir.
- Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.  
2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.  
3-Ortopedi ve Beyin Cerrahi Alımlarında sterilizasyon ücreti %2 oranında alınacaktır.

FİRMA-KAŞE  
İMZA

## SMT1259 KLİP ATICI, LAPAROSKOPIK

<b>SMT Temel İşlevi:</b>	1. Ürün, laparoskopik işlemlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
<b>SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:</b>	2. Laparoskopik klip atıcının içinde en az on iki adet titanyum klip ile ligasyon işlemi yapmalıdır. 3. Laparoskopik klip atıcısındaki klbin kapanmadan önceki çene ağız açıklığı en az 3,1 mm olup tüm boyutunda klip atabilmelidir. 4. Laparoskopik klip atıcının çeneleri 5-12 mm trokardan geçebilmesi için geçerken kendiliğinden küçülen yapıda olmalıdır 5. Laparoskopik klip atıcı 5-12 mm'lik trokarla kullanılabilir olmalıdır. 6. Laparoskopik klip atıcının şaft uzunluğu en az 27 cm olmalıdır. 7. Laparoskopik klip atıcının şaftı her iki tarafa 360° dönebilmelidir.
<b>Teknik Özellikleri:</b>	8. Laparoskopik klip atıcının çene açısı klip koyulan bölgenin tam olarak görülebilmesi için açılı olmalıdır. 9. Laparoskopik klip atıcısındaki klbin iç yüzeyinde, kapandığında ligasyon emniyeti sağlayan yatay veya dikey çentikler bulunmalıdır. 10. Klipler, kapatma esnasında dokunun klip dışına kaymasını önleyen, distal ucun önce kapanması özelliğine sahip olmalıdır. 11. Laparoskopik klip atıcısı kullanıcının tercihine göre otomatik veya yarı otomatik klip yükleme/atma ile ligasyon yapabilmelidir. 12. Sert dokular kapatılırken veya güç uygulandığında çeneleri koruyan koruma mekanizması olmalıdır. 13. Laparoskopik klip atıcıda klip kalmadığında, boş ateşlemeyle doku travması yaratılmasını önleyecek, son klip kilitleme mekanizmasına sahip olmalıdır. 14. Klip titanyum alaşımı MRI'a uyumlu olmalıdır. Firma bununla ilgili ihalede belge sunmalıdır.
<b>Genel Hükümler:</b>	15. Tek kullanımlık olmalıdır.

Op. Dr. Mustafa YILDIRIM  
Genel Cerrahi Uzmanı  
Diploma No: 122314

Op. Dr. Sefa ÖZTAZICI  
Genel Cerrahi Uzmanı  
Diploma No: 122314

Op. Dr. Adnan KUVVETLİ  
Dr. Öğretim Üyesi  
Genel Cerrahi Uzmanı  
Sakarya Üniversitesi  
Adnan Özalp Araştırma Hastanesi  
Genel Cerrahi Kliniği  
Diploma No: 10205 / 75149 Uzm. No: 2

**SMT1259 KLİP ATICI, LAPAROSKOPIK**

	16. Steril orijinal ambalajında olmalıdır.
--	--

Adana Şehir Hastanesi  
Dr. İsmail YILDIRIM  
Op.

Op. Dr. Sefa ÖZYAZICI  
Genel Cerrahi Uzmanı  
ADANA ŞEHİR HASTANESİ  
Diploma No: T2000/1559/103242  
Uzm. Tes. No: 83391

Op. Dr. Adnan KUVVETLİ  
Dr. Öğretim Üyesi  
Genel Cerrahi Uzmanı  
Tıbbi Bilimler Üniversitesi  
Adana Şehir Eğitim Araştırma Hastanesi  
Genel Cerrahi Kliniği  
Diploma No: 10205/75149 Uzm. No: 251820 / 67543