

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sayı
Konu

: 2141
: Fiyat Teklifi

Tarih : 15.08.2022

Hastanemizin ihtiyacı olan 2 KALEM KLİP ATICI ALIMI işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V.hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.

Erol ÇETİNKAYA

Sıra	İş Kalemi Açıklaması	Miktar	Birim	SUT Kodu	SUT Fiyatı	UBB Kodu	Birim Fiyat
1	KLİP ATICI, AÇIK CERRAHI, L	40	Adet				
2	LAPOROSKOPIK KLİP ATICI, 5 mm'ye kadar (5 mm dahil)	50	Adet				
Toplam							

Son Teklif Verme Tarihi: 16.08.2022 TARİH SAAT 12.00'DIR.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
 - 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
 - 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
 - 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
 - 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
 - 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 - 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
 - 8-4734 sayılı kanunun 22-f bendine göre yapılan alımlarda malzeme kullanıldığı kadar fatura edilecektir.
 - 9-Ödeme Zamanı: Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip () takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
 - 10-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunu belirtecektir. Tedarikçi firma bunların SUT hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş almasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak ÜTS kayıtlarını esas almadığında hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır, yüklenicinin malzemesi herhangi bir surette malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediği, bayilik ve UBB kayıtları sistemden düşmesi nedeniyle geri ödeme yapmaması durumunda oluşan zarar idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
 - 11-Alımlarımız <http://adanasehir.saglik.gov.tr> adresinden de eş zamanlı olarak görülebilir. Ayrıca eposta adresinizi birimize verdiğiniz takdirde alımlarımız konusuna göre eposta olarak da gönderilebilmektedir.
- Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.
2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.
3-Ortopedi ve Beyin Cerrahi Alımlarında sterilizasyon ücreti %2 oranında alınacaktır.

FİRMA-KAŞE
İMZA

SMT Temel İşlevi:	1. Ürün, cerrahi işlemlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Atıcı içinde small ve medium için en az 20 adet, large klip için en az 15 adet titanyum klip bulunmalıdır. 3. Atıcı çeneleri, çalışılan bölgenin iyi görülebilmesi için en az 15° açılı olmalıdır. 4. Otomatik Klip Atıcının şaftı uzunluğu en az 23cm olmalıdır. 5. Klip ağız açıklığı en az 2.0 mm olmalıdır. 6. Kapalı klip uzunluğu en az 3.5mm olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	7. Tutaçların bir kez sıkılmasıyla hem çenelerdeki klipi atan hem de yeni klipi çenelere yerleştiren, otomatik klip atma/yükleme mekanizması olmalıdır. 8. Tutaçlar, avuca rahat oturmalı ve ergonomik yapıda olmalıdır. 9. Klip iç yüzeyinde, damar üzerindeki güvenliğin sağlanması için, yatay ve/veya dikey çentikler olmalıdır. 10. Atıcı çenelerinde, klabin yarı kapanmış durumda iken bile düşmemesini sağlayan, klip kilit sistemi olmalıdır. 11. Atıcı çeneleri doku travması yaratmaması için yuvarlatılmış olmalıdır. 12. Klipler, kanlı ortamda rahat görülebilmelidir. 13. Atıcıda kalan son kliplerin sayılabilmesi için, klip yuvası üzerinde gösterge olmalıdır. 14. Klip yuvası şeffaf ya da klip miktarının gösteren pencere olmalıdır. 15. Atıcıda klip kalmadığında, tutaçlar kilitlenmeli ve boş atıcı ile doku travması yaratılması engellenmelidir. 16. Atıcı, klip atıldığında, cerrahın duyabileceği bir ses çıkarmalıdır. 17. Klip titanyum alaşımı MR'a uyumlu olmalıdır.
Genel Hükümler:	18. Tek kullanımlık olmalıdır. Steril orijinal ambalajında olmalıdır. 19. Ürün paketi üzerinde son kullanma tarihi bulunmalıdır.

SMT1258 KLİP ATICI, AÇIK CERRAHİ

Adana Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Op. Dr. S. YILDIRIM

Op. Dr. S. YILDIRIM
Genel Cerrahi Uzmanı
ADANA SAĞLIK BİLİMLERİ HASTANESİ
Diploma No: T.0001559/103242
Uzm. Tes. No: 83391

Op. Dr. Adnan KUVETLİ
Ortopedi Uzmanı
Genel Cerrahi Uzmanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Adana Sağlık Bilimleri Hastanesi
Genel Cerrahi Kliniği
Telefon No: 10206 / 751491 Uzm. No: 251820 / 67543