T.C.
ADANA VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sayı : 2165 Tarih : 17.08.2022
Konu : Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 4 KALEM HEMODİYALİZ KATETERİ ALIMI işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V.hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.

Tuğba DİNLER

Sıra	İş Kalemi Açıklaması	Miktar	Birim	SUT Kodu	SUT Fiyatı	UBB Kodu	Birim Fiyat
1	HEMODİYALİZ KATETERİ, TÜNELLİ, SİMETRİK UÇLU, GÖVDESİ DÜZ, YAN DELİKLİ, HEPARİNLİ, 14.5F, 19(±1)CM	20	Adet				
2	HEMODİYALİZ KATETERİ, TÜNELLİ, SİMETRİK UÇLU, GÖVDESİ DÜZ, YAN DELİKLİ, HEPARİNLİ, 14.5F, 22(±1)CM	20	Adet				
3	HEMODİYALİZ KATETERİ, TÜNELLİ, SİMETRİK UÇLU, GÖVDESİ DÜZ, YAN DELİKLİ, HEPARİNLİ, 14.5F, 28(±1)CM	20	Adet				
4	HEMODİYALİZ KATETERİ, TÜNELLİ, AYRIK UÇLU, GÖVDESİ DÜZ, YAN DELİKLİ, 14.5F, 49(±1)CM	20	Adet				

Toplam	

Son Teklif Verme Tarihi: 18.08.2022 Saat:10:00

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
8-4734 sayılı kanunun 22-f bendine göre yapılan alımlarda malzeme kullanıldığı kadar fatura edilecektir.
9-Ödeme Zamanı: Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip ( ) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
10-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunu belirtecektir. Tedarikçi firma bunların SUT hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş almasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak ÜTS kayıtlarını esas almadığında hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır, yüklenicinin malzemesi herhangi bir surette malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediği, bayilik ve UBB kayıtları sistemden düşmesi nedeniyle geri ödeme yapmaması durumunda oluşan zarar idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
11-Alımlarımız http:adanasehir.saglik.gov.tr adresinden de eş zamanlı olarak görülebilir. Ayrıca eposta adresinizi birimimize verdiğiniz takdirde alımlarımız konusuna göre eposta olarak da gönderilebilmektedir.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.
2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.
3-Ortopedi ve Beyin Cerrahi Alımlarında sterilizasyon ücreti %2 oranında alınacaktır.

FİRMA-KAŞE
İMZA

ADANA ŞEHİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KIŞLA MAH M. ÖZSAN BULVARI 45221 Yüreğir/ADANA
Tlf: 0322 4559000 Fax: 0322 3440308 e_mail: adanasehirhastanesisatinalma@gmail.com

SMT1728-HEMODİYALİZ KATETERİ, TÜNELLİ

SMT Temel İşlevi:	1. Hemodiyaliz ve diğer extracorporeal işlemler için uzun süreli damar yolu sağlamak amacı ile İnternal Jugular Vene, subclavien vene ve femoral vene uygulanabilir olmalıdır.
SM malzeme tanımlama bilgileri:	2. Kateter yetişkin veya pediatrik için; poliüretan, triniflex, silikon veya karbotan materyalden yapılmış olmalı ve damar yapısına uyum sağlamalıdır. Bu özelliği ile yüksek hasta toleransı sağlamalıdır. 3. Diyaliz kateterinin pediatrik olanı için 8-10F ve 12-24cm aralığında, yetişkin olanı için ise 14,5F ± 2,5F ve 20-50cm ±5cm aralığında seçenekleri olmalıdır. (Malzeme alt tanımlarında kateterin uç kısmından cuff'a kadar olan kısmın uzunluk bilgisi yer almaktadır.) 4. Kateter ayrık uçlu, basamak uçlu veya simetrik uçlu olmalıdır. Ayrık uçlu kateter için; yan delikli veya yan deliği olmayan formlar mevcut olmalıdır. 5. Kateter heparin kaplı veya heparinsiz olmalıdır. 6. Kateterin gövde tipi düz veya kıvrımlı olmalıdır. 7. Kateter üzerinde cilt altı sabitlemeyi sağlamak ve enfeksiyonlara karşı bariyer oluşturması amacı ile bir adet biyouyumlu cuff bulunmalıdır. 8. Kateterin daha kolay kullanımı için dolum volümü extension line üzerinde yazılı olarak belirtilmelidir. İki lümenli kateter üzerinde klempler bulunmalı ve kateter konnektörleri arter yolu için kırmızı, ven yolu için mavi renk kodlu olmalıdır. 9. Pediatri kateterinin bulunduğu kit içinde; farklı kalınlıkta 1 veya 2 adet dilatör, 1 adet kateter uzunluğu ile uyumlu kılavuz tel, 1 adet metal veya sert plastik künt uçlu şekillendirilebilir tunnel tool (trokar), 1 adet kilitleme mekanizması olan peelaway sheath (bu özelliği ile hava embolisi ve kan sızıntısı riskini minimalize etmelidir), 1 adet giriş iğnesi, 2 adet luer-lock koruma kapağı bulunmalıdır. 10. Yetişkin kateterinin bulunduğu kit içinde 8-14.5Fr aralığında kateter kalınlığı ile uyumlu 2 adet farklı ebat dilatör, 1 adet kateter uzunluğu ile uyumlu kılavuz tel, 1 adet metal künt uçlu şekillendirilebilir tunnel tool (trokar),1 Adet kilitleme mekanizması olan valfli peelaway sheath (bu özelliği ile hava embolisi ve kan sızıntısı riskini minimalize etmelidir), 1 adet giriş iğnesi, 2 adet luer-lock koruma kapağı bulunmalıdır.
Teknik Özellikleri:	11. Ayrık uçlu kateterde uçlarının ayrık veya ayrılabilir olması özelliği ile tıkanma oranı en aza indirilmiş olmalıdır. 12. Kateterler, resirkülasyonu önleyici özellikte olmalıdır. 13. Kateterin döndürülebilen veya sabit dikiş kanatları güvenli dış fıksasyon sağlamalıdır. 14. Kateterin yuvarlaklığı veya oval yapısı daha kolay giriş ve hasta rahatlığı sağlamalıdır. 15. Kateter radyo-opak olmalıdır.
Genel Hükümler:	16. Kateter kiti üzerinde kateter uygulaması ve kullanımı hakkında bilgi veren bilgilendirme broşürü veya formu bulunmalıdır. Kateter set halinde steril ve orijinal ambalajında olmalıdır. 17. Kateter alkol veya iyot tabanlı dezenfektanlarla kullanıldığında zedelenmemelidir.

SBÜ Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Doç. Dr. Emrah GÜNAY
İç Hast. ve Nefroloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 121954