

**T.C.**  
**ADANA VALİLİĞİ**  
**İl Sağlık Müdürlüğü**  
**Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi**

Sayı : 2173  
Konu : Fiyat Teklifi

Tarih : 18.08.2022

Hastanemizin ihtiyacı olan 2 KALEM CERRAHİ SÜTUR ALIMI işi satın alınacaktır. İlgilendiginiz takdirde K.D.V.hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.

Ahmet Yalçın GÜNEY

Sıra	İş Kalemi Açıklaması	Miktar	Birim	SUT Kodu	SUT Fiyatı	UBB Kodu	Birim Fiyat
1	CERRAHİ SÜTUR, POLİGLEKAPRON (PGCL) VEYA GLİKOLİD-DİOKSANON- TRİMETİLEN KARBONAT (GLİKOMER), SENTETİK, MONOFLAMENT, NO:3/0, 15(+2)MM, 3/8 KESKİN, 70(+10)CM	300	Adet		0		
2	CERRAHİ SÜTUR, POLİGLEKAPRON (PGCL) VEYA GLİKOLİD-DİOKSANON- TRİMETİLEN KARBONAT (GLİKOMER), SENTETİK, MONOFLAMENT, NO:5/0, 20(+2)MM, 1/2 YUVARLAK, 70(+10)CM	1.200	Adet		0		
<b>Toplam</b>							

Son Teklif Verme Tarihi: 18.08.2022 Saat 11:00

**DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI**

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
  - 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
  - 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KI Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
  - 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
  - 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
  - 6-Venilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
  - 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
  - 8-4734 sayılı kanunun 22-f bendine göre yapılan alımlarda malzeme kullanıldığı kadar fatura edilecektir.
  - 9-Ödeme Zamanı: Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip ( ) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
  - 10-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunu belirtecektir. Tedarikçi firma bunların SUT hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş almasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak ÜS kayıtlarını esas almadığında hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır, yüklenimin malzemesi herhangi bir surette malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediği, haylik ve UBB kayıtları sistemden düşmesi nedeniyle geri ödeme yapmaması durumunda oluşan zarar idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
  - 11-Alımlarımız <http://adanasehir.saglik.gov.tr> adresinden de eş zamanlı olarak görülebilir. Ayrıca eposta adresinizi birimizde verdiğiniz takdirde alımlarımız konusuna göre eposta olarak da gönderilebilmektedir.
- Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.
- 2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.
  - 3-Ortopedi ve Beyin Cerrahi Alımlarında sterilizasyon ücreti %2 oranında alınacaktır.

FİRMA-KAŞE  
İMZA

SMT2795 CERRAHİ SÜTUR, POLİGLEKAPRON (PGCL) VEYA GLİKOLİD-  
DİOKSANON-TRİMETİLEN KARBONAT (GLİKOMER), SENTETİK,  
MONOFLAMENT

<b>SMT Temel İşlevi:</b>	1. Ürün Bileşimi %75 glikolid %25 kaprolakton (PGCL) yada %60 glikolid, %14 dioksanon ve %26 trimetilen (Glikomer) karbonat olan cerrahi sutur olmalıdır.
<b>SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:</b>	2. Ürünün kullanım yeri veya amacına göre farklı boy, ebat ve çap seçeneklerinden herhangi biri olmalıdır.
<b>Teknik Özellikleri:</b>	<p>3. Kalınlıkları, mukavemetleri, düğüm atma kabiliyetleri ve iğne iplik kombinasyonları USP ve Avrupa Farmakopisi standartlarına uygun olmalıdır.</p> <p>4. İğneler dikiş süresince dokudan rahat geçme özelliğini yitirmemeli ve Dokulardan kolaylıkla ve minimum travmayla deforme olmadan geçmelidir.</p> <p>5. Cerrahi sütünun iğnesinin gövdesi dokulardan geçerken portegüde stabil kalacak, başka dokulara zarar vermeyi önleyecek yapıda dizayn edilmiş olmalıdır.</p> <p>6. İğne ve sütün çapı birbirine uyumlu olmalı, böylece iğne sütün birleşme noktası dokulardan geçerken travma yaratmamalıdır.</p> <p>7. İğne ile sütün birleşim noktasının bağlantısı sağlam yapılmalı, birleşme noktasından ayrılma yaşanmamalıdır. İğne iplik birleşim yerindeki iplik yapısı, doku geçişindeki performansını olumsuz etkilememelidir.</p> <p>8. Sütün pürüzsüz olmalıdır, tiftiklenmemelidir, kolay düğüm kaydırılmalıdır. Düğüm güvenliği sağlamalı. Üzerine bakteri yerleşecek boşluklar olmamalıdır.</p> <p>9. Monofilament sentetik emilebilir olmalıdır ve 80 ile 115 gün arasında emilmelidir. Doku desteği minimum 21 gün, maksimum 28 gün olmalıdır.</p> <p>10. İğneler silikon kaplı olmalıdır.</p> <p>11. Vücut içi kullanımlarda doku reaksiyonu vermemeli ve sütün materyaline bağlı komplikasyon olmadan iyileşme sağlanabilmelidir.</p> <p>12. İğnelerin çelik alaşımları dayanıklılığı ve esnekliği sağlayabilmesi amacıyla %11-18 arasında krom içermelidir. İğne bağlantı yerinden çıkmamalı ve kolayca kopmamalı. İğnelerin dokudan geçerken kolay eğilip bükülmemesi, kırılmaması için yüksek alaşımlı çelikten meydana gelmelidir. İğneler dokudan geçerken travma oluşturmamalıdır.</p> <p>13. İğnelerin gövdesinde portegüden her yöne doğru kaymasını engelleyecek yapılar olmalıdır.</p>

... AH UÇAK

...

SMI2795 CERRAHİ SÜTUR, POLİGLEKAPRON (PGCL) VEYA GLİKOLİD-  
DİOKSANON-TRİMETİLEN KARBONAT (GLİKOMER), SENTETİK,  
MONOFLAMENT

**Genel Hükümler:**

14. Ürünler tek ambalaj içerisinde soyulabilir nitelikte alüminyum folyo ambalajdan oluşmalı, veya bir yüzü şeffaf diğer yüzü Tyvek, iç ambalajı soyulabilir veya yırtılabilir alüminyum folyo veya bilister / karton / plastik makara olmalıdır. ambalaj açıldıktan sonra içinden çıkan ambalaj üzerinde ürün ile ilgili tüm bilgiler bulunmalıdır.
15. Problem durumunda ürünün takip edilebilmesi için steril olarak masaya açılan iç paketlerin üzerinde ürün lot numarası bilgisi bulunmalıdır. Ayrıca, malzeme ile ilgili tüm bilgiler, okunaklı ve bozulmayacak şekilde dış ve iç ambalaj üzerindeki bilgiler aynı olmalıdır.
16. Sütur paketten çıkarıldığında masa üzerinde diğer malzemelerle karışmaması için iç karton makara üzerinde de aynı bilgiler yer almalıdır. Etiket steril alana partikül düşmeyecek ve bilgi kaybına yol açmayacak özellikte olmamalıdır.
17. Etilen oksit ile steril edilmiş olmalıdır

**SELDA BALÇILAR**  
Ameliyathane Sorumlusu  
Hemşiresi

**Opr.Dr. Hacı Ali UÇAK**  
Adana Şehir Etk. Aış. Hast.  
Ameliyathane İdari Sorumlusu

**ADANA ŞEHİR ETK. AİŞ. HAST.**  
Ameliyathane İdari Sorumlusu