

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sayı : 2203
Konu : Fiyat Teklifi

Tarih : 22.08.2022

Hastanemizin ihtiyacı olan 2 KALEM ANESTEZİ MASKESİ ALIM İŞİ satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V.hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.

Ahmet Yağcı GÜNEY

Sıra	İş Kalemi Açıklaması	Miktar	Birim	SUT Kodu	SUT Fiyatı	UBB Kodu	Birim Fiyat
1	ANESTEZİ MASKESİ NO:4	1.750	Adet				
2	ANESTEZİ MASKESİ NO:5	200	Adet				
Toplam							

Son Teklif Verme Tarihi: 23.08.2022 Saat 12:00

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
 - 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
 - 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
 - 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadil vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
 - 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
 - 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 - 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
 - 8-4734 sayılı kanunun 22-f bendine göre yapılan alımlarda malzeme kullanıldığı kadar fatura edilecektir.
 - 9-Ödeme Zamanı: Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip () takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
 - 10-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile SUT kodunu belirtecektir. Tedarikçi firma bunların SUT hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş almasından sorumluudur. Geri ödeme kurumu barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak ÜTS kayıtlarını esas almadığında hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır, yüklenicinin malzemesi herhangi bir surette malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediği, bayilik ve UBB kayıtları sistemden düşmesi nedeniyle geri ödeme yapmaması durumunda oluşan zarar idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
 - 11-Alımlarımız <http://adanasehir.saglik.gov.tr> adresinden de eş zamanlı olarak görülebilir. Ayrıca eposta adresimizi birmimize verdiğiniz takdirde alımlarımız konusuna göre eposta olarak da gönderilebilmektedir.
- Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.
2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluğ ilgili yükleniciye aittir.
3-Ortopedi ve Beyin Cerrahi Alımlarında sterilizasyon ücreti %2 oranında alınacaktır.

FİRMA-KAŞE
İMZA

SMT4047 ANESTEZİ MASKESİ

SMT Temel İşlevi:	1. Cerrahi operasyonlar esnasında anestezi uygulamalarında kullanılmak amacı ile her türlü medikal gazın hastaya nakil edilmesi işlemleri için tasarlanmış tek kullanımlık tipte imal edilmiş olmalıdır.
SMT Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Ürünün tek kullanımlık yastıklı PVC tipleri ve çok kullanımlık silikon ağızlıklılı şişirilebilen yastıklı, yastıksız ve Kaf kısmı sökölüp takılabılen silikon yastıklı tipleri olmalıdır. 3. Tüm ürünler için hasta tipine göre farklı boyutları olmalıdır. (00 ve/veya 0 ve/veya1 ve/veya2 ve/veya3 ve/veya4 ve/veya 5 ve/veya 6 vb.)
Teknik Özellikleri:	<u>PVC Tek kullanımlık olan tipleri:</u> 1. Hastanın vital fonksiyonlarını rahatça izleyebilmek için şeffaf olmalıdır. 2. Hastanın rahatı ve yüz yapısına uygun olabilmesi için, valfli bir hava yastığı bölümü olmalı ve bu bölüm istenilen oranda havayla doldurulabilmelidir. 3. Maskelerin yüzeyi hasta ile tam temas etmelidir 4. Maske pvc den yapılmış olmalıdır. Cildi rahatsız etmemeli, tahriş yapmamalıdır. <u>Silikon ağızlıklılı şişirilebilen yastıklı ve yastıksız tip:</u> 1. Ölü hava boşluğu minimum olmalıdır. 2. Şeffaf ve Yüze tam uyumlu numaraları olmalıdır. 3. Anestezi makinelerine tam uyumlu olmalıdır. 4. Silikon maskenin mono Blok gövdesinde yastığı olan ve olmayan tipleri Mevcut olmalıdır.

Uzm. Dr. İhsan KÖRNEK
Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı
Adana Sağlık Eğitimi Enstitüsü
Dip. No: 102729

İSG. Doçent Dr. Kıymet Özoğar
Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı
Dip. No: 10069
Tespit No: 50446

Dr. ÖZGÜR KARAR
Adana Sağlık Eğitimi Enstitüsü
Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı
Dip. No: 10069

SMT4047 ANESTEZİ MASKESİ

	<ol style="list-style-type: none">5. Maske hasta yanak boşluklarını doldurabilecek yumuşaklıkta olmalıdır.6. Maske tek bir parçadan oluşmalıdır ve şeffaf olacak alt kısmı farklı renkte ve sökülüp takılabilir malzemeden olmamalıdır. (Ürünün steril edilebilmesi için)7. Maske harnes ve hook kullanımına uygun şekilde olmalıdır.8. Her 5 maske için 1 adet hook ring ve harnes verilmelidir.9. Maskenin kabuk kısmı silikon kaplı polisülfon malzemeden üretilmiş olmalıdır. <p><u>Silikon maske Kaf kısmı sökülüp takılabilen tip:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Ölü hava boşluğu minimum olmalıdır.2. Tamamı veya yastık kısmı harici kalan bölge şeffaf (transparan) olmalı ve boyutuna göre ulusal renk kodlu olmalıdır.3. Yüze tam uyumlu numaraları olmalıdır.4. Anestezi makinelerine tam uyumlu olmalıdır.5. Maske yastıklı ve hasta durumunu (sekresyonları) gözlemlemek için uygun saydamlıkta olmalı ve maske yastıkları sökülüp takılabilir olmalıdır.6. Alt gövdeleri tutturmak için 6 adet (+1) klip olmalıdır.7. Ulusal renk kodlu olmalı ve bu parça sterilizasyona gitme esnasında sökülüp takılabilir özellikte olmalıdır.
Genel Hükümler:	<ol style="list-style-type: none">1. Ürünler UTS kayıtlı olmalıdır.2. Uluslar arası renk kodlu ve konektörü olmalıdır.

Uzm. Dr. İhsan GÜNGÖR
Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı
Adana Şenol Eğil ve Arş. Hastanesi
Dip. Tes. No.: 102789

Doc. Dr. Hatice Kıyıcı Özdoğan
Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı
Dip. No.: 102789
Tescil No.: 50447

Dr. Ayhan KAYA
Adana Şenol Eğil ve Arş. Hast.
Anest. Reanim. Uzmanı
Dip. No.: 102789
Tescil No.: 50447