

**T.C.**  
**ADANA VALİLİĞİ**  
**İl Sağlık Müdürlüğü**  
**Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi**

Sayı : 2208  
Konu : Fiyat Teklifi

Tarih : 22.08.2022

Hastanemizin ihtiyacı olan BASINÇ ÖLÇÜM SETİ,TRANSDUSERLİ, TEKLİ ALIMI Malzeme alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V.hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.

  
Rıdvan SARIKOL

| Sıra          | İş Kalemi Açıklaması                   | Miktar | Birim | SUT Kodu | SUT Fiyatı | UBB Kodu | Birim Fiyat |
|---------------|--|--------|-------|----------|------------|----------|-------------|
| 1             | BASINÇ ÖLÇÜM SETİ, TRANSDUSERLİ, TEKLİ | 1.000  | Adet  |          |            |          |             |
| <b>Toplam</b> |  |        |       |          |            |          |             |

Son Teklif Verme Tarihi: 23.08.2022/14:00

**DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI**

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
  - 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
  - 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KI Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
  - 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
  - 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
  - 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
  - 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
  - 8-4734 sayılı kanunun 22-f bendine göre yapılan alımlarda malzeme kullanıldığı kadar fatura edilecektir.
  - 9-Ödeme Zamanı: Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip ( ) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
  - 10-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Süt kodunu belirtecektir. Tedarikçi firma bunların SUT hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak UTS kayıtlarını esas almadığında hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır, yüklenicinin malzemesi herhangi bir surette malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediği, bayilik ve UBB kayıtları sistemden düşmesi nedeniyle geri ödeme yapmaması durumunda oluşan zarar idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
  - 11-Alımlarımız <http://adanasehir.saglik.gov.tr> adresinden de eş zamanlı olarak görülebilir. Ayrıca eposta adresinizi birimimize verdiğiniz takdirde alımlarımız konusuna göre eposta olarak da gönderilebilmektedir.
- Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.  
2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.  
3-Ortopedi ve Beyin Cerrahi Alımlarında sterilizasyon ücreti %2 oranında alınacaktır

FİRMA-KAŞE  
İMZA

## SMT1010 BASINÇ ÖLÇÜM SETİ, TRANSDUSERLİ, TEKLİ

|  |  |
|--|--|
| <b>SMT Temel İşlevi:</b>               | 1. Set invaziv basınç kanalı olan monitörlerde, basınç monitörizasyonu için tasarlanmış olmalıdır.   |
| <b>SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:</b> | 2. Set içerisinde;<br>a. 1 adet serum seti,<br>b. 1 adet transducer,<br>c. Transducere dan sonra 1 adet en az 120 cm' lik basınç izleme hattı,<br>d. 1 adet üç yollu musluk,<br>e. 1 adet 30 cm'lik basınç uzatma hattı,<br>f. Her setin içinde veya steril paketlerde en az 3 adet yedek kapak verilmelidir.<br>3. Basınç hattı PVC' den imal edilmiş olmalıdır.  |
| <b>Teknik Özellikleri:</b>             | 4. Basınç ve infüzyon hatları kink-resistan, luer-lock uygulamalı enjektörlerle uyumlu olmalıdır.<br>5. Basınç hatları çok iyi frekans cevabı veren özellikte olmalıdır.<br>6. İki transducer aynı serum hattından beslenmelidir. Serum bağlantısı için 1 makrodrip hazne içermeli, makrodrip hazne ile transducer arası en az 120 cm olmalıdır.<br>7. Serum hattının üzerinde akışı ayarlamak için roller klemp bulunmalıdır.<br>8. Basınç ölçüm seti kontaminasyona fırsat vermeyecek şekilde doğru ve emniyetli dizayn edilmiş olmalıdır.<br>9. Basınç hattında ki serum setinin distal hatları basınç, kırılma ve bükülmelere karşı dayanıklı olmalıdır.<br>10. Basınç hatları üzerinde hatların kolay ayırt edilebilmesi için kırmızı (arter) çizgi olmalıdır.<br>11. Bağlantı hattı tüm kateterler ile uyumlu olmalıdır.<br>12. Çalışma basıncı aralığı -50 ile + 300mmHg arasında olmalıdır.<br>13. Basınç setinde kullanılması muhtemel ARTER, PA ve LAP yapışkan etiketleri bulunmalıdır. |

Dr. İhsan GÜNEY  
Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı  
10/11/2023

Doc. Dr. Hatice Yılmaz Ördöğen  
Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı  
Dış No: 70069  
Tescil No: 50440

Dr. D. N. KARAR  
Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı  
Dış No: 70069  
Tescil No: 50440

## SMT1010 BASINÇ ÖLÇÜM SETİ, TRANSDUSERLİ, TEKLI

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Genel Hükümler:</b> | <p>14. Her 100 adet set başına sete uygun bir adet çifli sehpa ve bir adet sabitleyici askılık verilmelidir.</p> <p>15. Hastanelerde bulunan monitörler ile uyumlu olması amacıyla her bir monitör için (ameliyathane, yoğun bakım vb.) 1 adet olmak üzere IBP ara kablosu konsinye olarak verilmeli ve bozulan kablolar iş süresi sonuna kadar bakım ve servis hizmetleri firma tarafından ücretsiz olarak karşılanmalıdır.</p> <p>16. Ürünler steril ve tek kullanımlık olmalıdır.</p> <p>17. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.</p> |
|------------------------|--|

Uzm. Dr. İhsan GÜNEY  
Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı  
Adana Şişli Etiler Hastanesi  
Etiler, Şişli, Adana

Doc. Dr. Hacı K. ...  
Anestezi ve Reanimasyon  
Dip. No: ...  
Tesc. No: 50440

Dr. ...  
Adana Şişli Etiler Hastanesi  
Dip. No: ...