

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sayı : 2212
Konu : Fiyat Teklifi

Tarih : 23.08.2022

Hastanemizin ihtiyacı olan 3 KALEM SPİNAL İĞNE, QUİNCKE UÇLU ALIMI Malzeme alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V.hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.

Rıdvan SARIKOL

Sıra	İş Kalemi Açıklaması	Miktar	Birim	SUT Kodu	SUT Fiyatı	UBB Kodu	Birim Fiyat
1	SPİNAL İĞNE, QUİNCKE UÇLU, 25G, 90(±2)MM	2.000	Adet				
2	SPİNAL İĞNE, QUİNCKE UÇLU, 22G, 90(±2)MM	200	Adet				
3	SPİNAL İĞNE, QUİNCKE UÇLU, 26G, 90(±2)MM	100	Adet				
Toplam							

Son Teklif Verme Tarihi: 24.08.2022/15:00

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-4734 sayılı kanunun 22-f bendine göre yapılan alımlarda malzeme kullanıldığı kadar fatura edilecektir.
- 9-Ödeme Zamanı: Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip () takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 10-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunu belirtecektir. Tedarikçi firma bunların SUT hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak ÜTS kayıtlarını esas almadığında hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır, yüklenicinin malzemesi herhangi bir surette malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediği, bayilik ve UBB kayıtları sistemden düşmesi nedeniyle geri ödeme yapmaması durumunda oluşan zarar idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Alımlarımız <http://adanashehir.saglik.gov.tr> adresinden de eş zamanlı olarak görülebilir. Ayrıca eposta adresinizi birimimize verdiğiniz takdirde alımlarımız konusuna göre eposta olarak da gönderilebilmektedir.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

3-Ortopedi ve Beyin Cerrahi Alımlarında sterilizasyon ücreti %2 oranında alınacaktır.

FİRMA-KAŞE
İMZA

SMT1567 SPİNAL İĞNE, QUINCKE UÇLU

SMT Temel İşlevi:	1. Spinal anestezi işlemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Spinal iğne atravmatik ve Quincke(keskin) uçlu olmalıdır. 3. Spinal iğnenin klavuzlu ve klavuzsuz çeşitleri olmalıdır 4. Spinal iğne lateks ve ağır metal içermemelidir. 5. Spinal iğne paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. 6. Spinal iğne çapı en az 18G, uzunluğu en az 25mm olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	7. Spinal iğnenin ponksiyon kontrolü için şeffaf hub bağlantısı olmalıdır. 8. Kanülün emniyetle ilerletilmesini sağlayan rahat kavrama aparatlı olmalıdır. 9. Spinal iğne şeffaf hub, luerlock ve slip lock enjektöre uyumlu olmalıdır. 10. Spinal iğnenin yüzeyi düzgün ve pürüzsüz olmalıdır 11. Spinal iğne kullanım sırasında rahatlıkla ilerletilebilmeli. kırılma, bükülme ve kırılmaya neden olmayacak yapıda olmalıdır. 12. Spinal iğne mandreni iğne içerisine tam oturmalı, keskin tarafta boşluk olmamalıdır. 13. Spinal iğnenin gauge ölçüsü uluslararası renk kodlarına uygun olmalıdır.
Genel Hükümler:	14. Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır. 15. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.

Uzm. Dr. İnanç KİNEK
Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Dip. Tes. No: 102769

Doc. Dr. Hatice Kaya Özdemir
Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı
Dip. Tes. No: 102769
Tic. Sic. No: 14056417

Dr. Özgür KARA
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı
Dip. Tes. No: 102769