

**T.C.**  
**ADANA VALİLİĞİ**  
**İl Sağlık Müdürlüğü**  
**Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi**

Sayı : 2221  
Konu : Fiyat Teklifi

Tarih : 25.08.2022

Hastanemizin ihtiyacı olan ASPİRASYON TORBASI 2.000 ML ALIMI işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V.hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.

Ahmet Yalçın GÜNEY

Sıra	İş Kalemi Açıklaması	Miktar	Birim	SUT Kodu	SUT Fiyatı	UBB Kodu	Birim Fiyat
1	ASPİRASYON TORBASI 2000 ML	10.000	Adet				
<b>Toplam</b>							

Son Teklif Verme Tarihi: 26.08.2022 Saat 14:00

**DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI**

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
  - 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
  - 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
  - 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
  - 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
  - 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
  - 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
  - 8-4734 sayılı kanunun 22-f bendine göre yapılan alımlarda malzeme kullanıldığı kadar fatura edilecektir.
  - 9-Ödeme Zamanı: Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip ( ) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
  - 10-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunu belirtecektir. Tedarikçi firma bunların SUT hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş almasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak ÜTS kayıtlarını esas almadığında hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır, yüklenicinin malzemesi herhangi bir surette malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediği, bayilik ve UBB kayıtları sistemden düşmesi nedeniyle geri ödeme yapmaması durumunda oluşan zarar idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
  - 11-Alımlarımız <http://adanasehir.saglik.gov.tr> adresinden de eş zamanlı olarak görülebilir. Ayrıca eposta adresinizi birimimize verdiğiniz takdirde alımlarımız konusuna göre eposta olarak da gönderilebilmektedir.
- Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.  
2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.  
3-Ortopedi ve Beyin Cerrahi Alımlarında sterilizasyon ücreti %2 oranında alınacaktır.

FİRMA-KAŞE  
İMZA

## SMT1209 ASPİRASYON TORBASI, HORTUM DAHİL

<b>SMT Temel İşlevi:</b>	1. Mevcut vakum sistemleri ile uyumlu olarak kan veya sekresyon gibi organik ve enfekte atıkları toplamak için üretilmiş olmalıdır.
<b>SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:</b>	2. Aspirasyon torba hacmi, 1000-3000 ML aralıklarında olmalıdır. 3. Aspirasyon torbasının jelleştiricili ve jelleştiricisiz formları olmalıdır. 4. Aspirasyon torbasının üzerinde en az 1, en fazla 4 port bulunmalıdır. 5. Aspirasyon torbası jelleştirici olan formunda torba içerisinde jelleşmeyi sağlayan madde olmalıdır. 6. Aspirasyon hortumunun en az bir ucu ajutajlı olmalı ve diğer ucu tek el ile vakum kontrolü sağlayan çam ağacı konektörüne sahip olmalıdır. 7. Aspirasyon hortumu en az 180cm uzunluğunda, iç çapı en az 4mm, dış çapı en fazla 8,5mm ve şeffaf yapıda olmalıdır.
<b>Teknik Özellikleri:</b>	8. Aspirasyon torbası üzerinde dökülme ve yanlış bağlantı riskini önlemek amacıyla hasta portu, seri bağlantı portu, vakum ve numune alma portlarından en az 1, en fazla 4 port bulunmalı ve bu portlar yazılı veya görsel olarak kullanıcıyı yönlendirmelidir. 9. Aspirasyon torbası dikişsiz veya dikişli (ısı, lazer, ultrasonik), yekpare ve şeffaf olup et kalınlığı patlama ve yırtılmalara karşı dayanıklı olmalı, kapak kısmı torba ile entegre ve kapak kenarında kanisterden çıkarmayı kolaylaştırmak için tutma kulaklığı bulunmalıdır. 10. Aspirasyon torbasının üzerinde tam dolum gerçekleştikten sonra kullanılmak üzere bir kapama sistemi olmalıdır. Sistem gerektiğinde tandem bağlantıya elverişli olmalıdır. 11. Aspirasyon torbası üzerindeki hasta portu, ambalajın içerisinden çıkan ve hasta hortumunun kıvrılıp bükülmesini engelleyen 90 derece açılı ekstra konnektöre uyumlu olmalı ve aspire edilen sıvının hazne içerisine süzülerek dökülmesini sağlamak amacıyla konik yapıda olmalı veya 'anti reflü valf' bulundurulmalıdır. 12. Kanisterler dezenfeksiyona uygun olmalıdır. Üzerinde hacim göstergesi bulunmalıdır.

Ecz. Hacıoğlu ÇALIK  
ECZ294133  
2011/11




ADANA ŞEHİR HASTANESİ  
ECZACI  
Berat KANITATLI  
Sicil No: ECZ9809

Adana Şehir Hastanesi  
Ecz. Mehmet SAHİN  
Sicil No: ECZ8296

**SMT1209 ASPİRASYON TORBASI, HORTUM DAHİL**

	<p>13. Torba üzerinde tek yönlü valf veya içerisinde hidrofobik yapıda filtre bulunmalıdır.</p> <p>14. Torbalarla birlikte teslim edilecek mobil taşıyıcıların;</p> <p>a. En az 5 tekerli ayakları olup bu ayaklardan en az 3 tanesi kilitlenebilir olmalıdır.</p> <p>b. Tekerlekler taşıyıcıya rahat hareket imkânı sağlamalıdır.</p> <p>c. 4 adet kanister aynı anda taşıyıcıya monte edilebilir özellikte olmalıdır.</p> <p>d. Mobil taşıyıcı boyalı, paslanmaz metal veya sert plastikten olmalıdır.</p> <p>e. Ayaklarla, kanisterlerin monte edildiği gövdenin birleşim yeri sağlam olmalı, ağırlık merkezinin değişmesinden etkilenmemelidir.</p>
<b>Genel Hükümler:</b>	<p>15. Ürün tek kullanımlık olmalıdır. Ürünün kullanılması için gerekli tüm aksesuarlar aynı ambalaj içinde mevcut olmalıdır.</p> <p>16. Torbaların kullanılması için gerekli tüm aksesuarları hastanenin ihtiyacı kadar yüklenici firma ücretsiz olarak teslim edecek olup, sisteme ait aksesuar montajı, bakım ve onarımı yapmakla yükümlüdür.</p> <p>17. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.</p>

Ecz. Hatice ÇALIK  
ECZ9933  


 ADANA ŞEHİR HASTANESİ  
Eczacı  
Berat KANITATLI  
Sicil No: EC29809

Adana Şehir Hastanesi  
Ecz. Mehmet ŞAHİN  
Sicil No: EC28296  
