

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sayı : 2227
Konu : Fiyat Teklifi

Tarih : 25.08.2022

Hastanemizin ihtiyacı olan FEMORAL VENÖZ KANÜL ALIMI Malzeme alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V.hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.

Rıdvan SARIKÖL

Sıra	İş Kalemi Açıklaması	Miktar	Birim	SUT Kodu	SUT Fiyatı	UBB Kodu	Birim Fiyat
1	FEMORAL VENÖZ KANÜL	10	Adet				
Toplam							

Son Teklif Verme Tarihi: 26.08.2022/14:00

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
 - 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
 - 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
 - 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
 - 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
 - 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 - 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
 - 8-4734 sayılı kanunun 22-f bendine göre yapılan alımlarda malzeme kullanıldığı kadar fatura edilecektir.
 - 9-Ödeme Zamanı: Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip () takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
 - 10-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunu belirtecektir. Tedarikçi firma bunların SUT hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş almasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak ÜTS kayıtlarını esas almadığında hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır, yüklenicinin malzemesi herhangi bir surette malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediği, bayilik ve UBB kayıtları sistemden düşmesi nedeniyle geri ödeme yapmaması durumunda oluşan zarar idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
 - 11-Alımlarımız <http://adanasehir.saglik.gov.tr> adresinden de eş zamanlı olarak görülebilir. Ayrıca eposta adresinizi birimimize verdiğiniz takdirde alımlarımız konusuna göre eposta olarak da gönderilebilmektedir.
- Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.
2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.
3-Ortopedi ve Beyin Cerrahi Alımlarında sterilizasyon ücreti %2 oranında alınacaktır.

FİRMA-KAŞE
İMZA

SMT2696- VENÖZ KANÜL, FEMORA/AKSİLLER

SMT Temel İşlevi:	<ol style="list-style-type: none">1. Açık kalp ameliyatlarında perfüzyonu sağlamak amacıyla tasarlanmış olmalıdır.2. Femoral venöz kanüller hastadan femoral yolla kanülasyon yapmaya uygun özellikte tasarlanmış olmalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	<ol style="list-style-type: none">3. Femoral venöz kanüllerin en az maddelerde belirtilen tipleri olmalıdır.<ol style="list-style-type: none">3.1. Femoral venöz kanül3.2. Femoral venöz çok delikli (multistage)3.3. Femoral venöz iki aşamalı (bikaval)4. Femoral venöz kanüller, pediatrik ölçüleri 8Fr, 10Fr, 12Fr, 14Fr, uzunlukları en fazla 24cm, yetişkin venöz kanül ölçüleri 15-16 Fr, 17-18 Fr, 19-20 Fr, 21-22 Fr, 23-24 Fr, 25-26 Fr, 27-28 Fr, 29-30 Fr çaplarında, uzunlukları ise en az 30 cm olmalıdır.5. Femoral venöz kanülün, ucu açık olmalı ve yan duvarlarında delikler olmalıdır.6. Femoral venöz kanül çok deliklinin (multistage), ucu açık olmalı ve uç yan duvarlarında en az 15 cm bölümde delikler olmalıdır.7. Femoral venöz iki aşamalı (bikaval) kanül, kavalardan drenaj yapmaya uygun olmalıdır.8. Femoral venöz kanülün arka ucu 3/8 veya 1/2 luerli ve pediatrik kanüller için ¼ luerli konektör bağlantısı için uyumlu olmalıdır.9. Kanül ucu düz olmalıdır ve dokuyu travmatize etmemelidir.10. Kanül gövdesi ve ucu tek parça olmalıdır11. Kanül kırılma ya da kıvrılmayı engelleyici spiral tel sarımı ile desteklenmiş olmalı ya da kıvrılmayı engelleyen intraduserli modelleri olmalıdır12. Kanülün tubing set tarafında konnektör üzerinde renk kodları olmalıdır. (Venöz=Mavi / Arterial=Kırmızı)13. Kanülün kaplamalı veya kaplamasız çeşitleri olmalıdır. Kaplamalı kanüller

Ahmet Ali ÇOBAN
Perfüzyon Uzmanı

Dr. Dr. Mehmet Ali UÇAK
Adana Şehir Hastanesi
Kalp Damar Cerrahi Uzmanı
Dip. Tes. No: 58267

Prof. Dr. İbrahim ÖZSÖYLER
Adana Şehir Eğitim ve Araş. Has.
Kalp Damar Cerrahi Kliniği
Dip. Tes. No: 58267

SMT2696- VENÖZ KANÜL, FEMORA/AKSİLLER

	<p>biyouyumlu kaplama maddesi ile kaplanmış olmalıdır.</p> <p>14. Kanül içerisinde veya yanında 1 adet lümen dilatörü olmalıdır.</p>
Teknik Özellikleri:	<p>15. Femoral venöz kanül hastaya, femoral yol ile seldinger tekniği kullanılarak takılabilmelidir.</p> <p>16. Femoral venöz kanülün yerleşim kitli ve/veya yerleşim kitsiz modelleri olmalıdır.</p> <p>17. Kanül üzerinde derinlik gösteren işaretler olmalıdır.</p>
Genel Hükümler:	<p>18. Malzeme steril ve orjinal ambalajında olmalıdır.</p> <p>19. Kanül içinden geçen farklı su akış hızlarına bağlı basınç kaybı değerlerini gösteren bir tablo ve ürüne ait broşür ile birlikte sunulmalıdır.</p>

Ahmet Ali ÖZSÖZ
Perfüzyon Uzmanı

Dr. Tamer UCAK
Akademi Kalite Kurumu
Kalite Uzmanı
Diyarbakir, 140377

Dr. İbrahim ÖZSÖZ
Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Damar Cerrahi Kliniği