

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sayı : 2294
Konu : Fiyat Teklifi

Tarih : 06.09.2022

Hastanemizin ihtiyacı olan HİDROFOBİK AKRİLİK KATLANABİLİR ÜÇ PARÇALI İOL(İNTRAOKÜLER LENS) ALIMI işi satın alınacaktır. İlgilediğiniz takdirde K.D.V.hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.

Ahmet Yalın GÜNEY

Sıra	İş Kalemi Açıklaması	Miktar	Birim	SUT Kodu	SUT Fiyatı	UBB Kodu	Birim Fiyat
1	HİDROFOBİK AKRİLİK KATLANABİLİR ÜÇ PARÇALI İOL(İNTRAOKÜLER LENS) TUM NUMARALAR	250	Adet				
Toplam							

Son Teklif Verme Tarihi: 07.09.2022 Saat 12:00

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
 - 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
 - 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
 - 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
 - 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
 - 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 - 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
 - 8-4734 sayılı kanunun 22-f bendine göre yapılan alımlarda malzeme kullanıldığı kadar fatura edilecektir.
 - 9-Ödeme Zamanı: Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip () takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
 - 10-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunu belirtecektir. Tedarikçi firma bunların SUT hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş almasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak ÜTS kayıtlarını esas almadığında hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır, yüklenicinin malzemesi herhangi bir surette malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediği, bayilik ve UBB kayıtları sistemden düşmesi nedeniyle geri ödeme yapmaması durumunda oluşan zarar idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
 - 11-Alımlarımız <http://adanasehir.saglik.gov.tr> adresinden de eş zamanlı olarak görülebilir. Ayrıca eposta adresinizi birimize verdiğiniz takdirde alımlarımız konusuna göre eposta olarak da gönderilebilmektedir.
- Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.
2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.
3-Ortopedi ve Beyin Cerrahi Alımlarında sterilizasyon ücreti %2 oranında alınacaktır.

FİRMA-KAŞE
İMZA

SMT1466 KATLANABİLİR LENS, ÜÇ PARÇALI

SMT Temel İşlevi:	1. Oftalmik cerrahi işlemlerde katarakt cerrahisinde kullanıma uygun olmalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Üç (3) parçalı olmalıdır. Optik ve haptikler farklı yapıda olmalıdır. 3. Optik tamamen hidrofobik akrilik yapıda olmalıdır. Lensler sıvı içerisinde olmamalıdır. 4. İstenen dioptride olmalıdır. 5. Haptikleri mavi renkli PMMA yapıda olmalıdır. 6. Su içeriği %2 den fazla olmamalıdır. 7. Optik çapı 6 mm olmalıdır. 8. Haptik çapı 13 mm olmalıdır. 9. Refraktif indeksi 1,46 -1,55 olmalıdır. 10. A sabiti 118,0-118,9 arasında olmalıdır. 11. Her 500 adet lense 1 adet reusable enjektör ve her lens için disposable kartuş verilecektir. Veya her lensle birlikte bir adet disposable enjektör ve 1 adet disposable kartuş teslim edilecektir. Klinik istediğinde teslim edilen lensin %10 fazlası kartuş veya disposable enjektör sağlanabilmelidir.
Teknik Özellikleri:	12. Lens katlama kartuşu ile implante edilip unfolderla veya tek kullanımlık kartuş-enjektör sistemi ile göz içine verilebilmeli en fazla 3 mm'lik tünel kesisinden geçebilecek özellikte olmalıdır. 13. Lensler UV koruyucu olmalıdır.
Genel Hükümler:	14. Kullanıma hazır orijinal ambalajında tekli paketlerde olmalıdır. 15. Teklif veren firmaların teklif ettikleri tüm lensler aynı marka ve aynı model olmalıdır.

ADANA İLİNE BAŞLIYOR
Dok. Gökmenler D. 100
Dip. No: 10045

Ecz. Feyza GELEŞ
ECZ6679
Adana Şehir F.A.H.
