

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sayı : 2300
Konu : Fiyat Teklifi

Tarih : 06.09.2022

Hastanemizin ihtiyacı olan SANTRAL VENÖZ KATETER TEK LÜMENLİ Malzeme alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V.hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.

Rıdvan SARIKOL

Sıra	İş Kalemi Açıklaması	Miktar	Birim	SUT Kodu	SUT Fiyatı	UBB Kodu	Birim Fiyat
1	Santral venöz kateter tek lümenli 4,2 fr	3	Adet	GR1280	534,19		
Toplam							

Son Teklif Verme Tarihi: 07.09.2022/14:00

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
 - 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
 - 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
 - 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
 - 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
 - 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 - 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
 - 8-4734 sayılı kanunun 22-f bendine göre yapılan alımlarda malzeme kullanıldığı kadar fatura edilecektir.
 - 9-Ödeme Zamanı: Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip () takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
 - 10-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunu belirtecektir. Tedarikçi firma bunların SUT hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş almasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak ÜTS kayıtlarını esas almadığında hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır, yüklenicinin malzemesi herhangi bir surette malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediği, bayilik ve UBB kayıtları sistemden düşmesi nedeniyle geri ödeme yapmaması durumunda oluşan zarar idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
 - 11-Alımlarımız <http://adanasehir.saglik.gov.tr> adresinden de eş zamanlı olarak görülebilir. Ayrıca eposta adresinizi birimimize verdiğiniz takdirde alımlarımız konusuna göre eposta olarak da gönderilebilmektedir.
- Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.
2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.
3-Ortopedi ve Beyin Cerrahi Alımlarında sterilizasyon ücreti %2 oranında alınacaktır.

FİRMA-KAŞE
İMZA

TEK LÜMENLİ LIFECATH TÜNELLİ KATETER TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kateter, uzun vadeli intravenöz tedavi uygulanacak hastalarda cilt altına yerleştirilen santral venöz kateter olmalıdır.
2. Kateter, onkoloji hastaları için parenteral beslenme, kemoterapi, antibiyoterapi, ağrı ve ilaç tedavisi gibi medikasyon uygulamalarında kullanılabilir olmalıdır.
3. Kateter, enfeksiyon riskini minimuma indiren ve biyouyumlu silikon malzemeden imal edilmiş olmalı ve X-Ray altında görülebilir olması için radyopak olmalıdır.
4. Kateterin üzerinde, etrafında fibroz doku oluşturarak cilt altı fiksasyonunu artıracak ve cilt altı tüneline geçecek enfeksiyonlara karşı bariyer oluşturacak antibakteriyel kaf bulunmalıdır.
5. Kateter setinde, cilt altı yerleşimi sırasında uygulanabilir tünelleme cihazı yer almalıdır.
6. Kateter tek lümenli olmalıdır. Farklı hasta grupları için 2.7 Fr- 4.2 Fr- 5 Fr- 6.6 Fr – 9.6 Fr çaplarında seçilebilmelidir.
 - Kateter lümen iç çapı ve akış hızı 2.7 Fr için 0.5 mm 1 ml/dk olmalıdır.
 - Kateter lümen iç çapı ve akış hızı 4.2 Fr için 0.7 mm 5 ml/dk olmalıdır.
 - Kateter lümen iç çapı ve akış hızı 5 Fr için 0.95 mm 15 ml/dk olmalıdır.
 - Kateter lümen iç çapı ve akış hızı 6.6 Fr için 1.1 mm 27 ml/dk olmalıdır.
 - Kateter lümen iç çapı ve akış hızı 9.6 Fr için 1.6 mm 60 ml/dk olmalıdır.
7. Kateter toplam uzunluğu 75 cm, kullanılır uzunluğu 50 cm olmalıdır.
8. Kateter seti içerisinde;
 - 1 adet silikon kateter
 - 1 adet tünelleme cihazı
 - 1 adet uygun çapta girişim iğnesi
 - 1 adet J uçlu kılavuz tel
 - 1 adet soyulabilir kılıf
 - 1 adet enjeksiyon kapağı
 - 1 adet güvenli bistüri
9. Kateterin lümeninin proksimal ucunda, enjeksiyon ve infüzyon kolaylığı için uzatma hattı olmalıdır. Uzatma hattı üzerinde gerektiğinde kullanmak için klemp bulunmalıdır.
10. Kateter, damar hasarı riskini azaltan atravmatik özellikte dizayn edilmiş olmalıdır.
11. Kateter yerleştirme işleminde kullanılacak gerekli malzeme ile birlikte aynı ambalaj içinde olmalıdır. Yerleştirme işlemi için ayrı bir malzemeye ihtiyaç duyulmamalıdır.
12. Kateter, steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

Uzm. Dr. N. Kalkan
Göğüs Hastalıkları Uzmanı - Yenidoğan Uzmanı
Dip. Tes. No: 4510 - Dip. Tes. No: 111719

Adana Söğüt
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Doç. Dr. N. Kalkan
Göğüs Hastalıkları Uzmanı
Dip. Tes. No: 104200

13. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibari ile en az iki yıl miadlı olmalıdır.

Uzm. Dr. **ALP KANMERT**
Adana Şehir Hastanesi
Cocuk Sağ. Y. İht. Uzmanı / Yenidoğan Uzmanı
Dip. Tes. No: 111759

Adana Şehir
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Doç. Dr. **S. Gülçin**
Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 101209

