

**T.C.**  
**ADANA VALİLİĞİ**  
**İl Sağlık Müdürlüğü**  
**Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi**

Sayı  
Konu

: 2490  
: Fiyat Teklifi

Tarih : 27.09.2022

Hastanemizin ihtiyacı olan epidural direnç kaybı enjektörü Malzeme alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V.hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.

Volkan GÖKDEMİR

Sıra	İş Kalemi Açıklaması	Miktar	Birim	SUT Kodu	SUT Fiyatı	UBB Kodu	Birim Fiyat
1	EPİDURAL DİRENÇ KAYBI ENJEKTÖRÜ 10 ML	50	Adet		0		
<b>Toplam</b>							

Son Teklif Verme Tarihi: 28.09.2022 Saat 12 00

**DIKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI**

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
  - 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
  - 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
  - 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
  - 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
  - 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
  - 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
  - 8-4734 sayılı kanunun 22-f bendine göre yapılan alımlarda malzeme kullanıldığı kadar fatura edilecektir.
  - 9-Ödeme Zamanı: Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip ( ) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
  - 10-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunu belirtecektir. Tedarikçi firma bunların SUT hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş almasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak ÜTS kayıtlarını esas almadığında hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır, yüklenicinin malzemesi herhangi bir surette malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediği, bayilik ve UBB kayıtları sistemden düşmesi nedeniyle geri ödeme yapmaması durumunda oluşan zarar idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
  - 11-Alımlarımız <http://adanasehir.saglik.gov.tr> adresinden de eş zamanlı olarak görülebilir. Ayrıca eposta adresinizi birimize verdiğiniz takdirde alımlarımız konusuna göre eposta olarak da gönderilebilmektedir.
- Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.  
2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.  
3-Ortopedi ve Beyin Cerrahi Alımlarında sterilizasyon ücreti %2 oranında alınacaktır.

FİRMA-KAŞE  
İMZA

## OTOMATİK LOR ENJEKTÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Enjektör direnç kaybı tekniğine uygun olmalıdır. (LOSS OF RESİSTANCE)
- 2- Lateks içermemelidir.
- 3- Contalı hava ve sıvı direnç kaybı tekniğine uygun olmalıdır.
- 4- Krom yay sistemi sayesinde uygulayıcının enjektör pistonuna bası yapmasını gerektirmemelidir.
- 5- 4 ve 6 cc kademeli kilitleme özelliğine sahip olmalıdır.
- 6- Numuneler klinik tarafından denenerek uygunluk verilecektir.
- 7- Son Kullanma tarihi en az 3 yıl olmalıdır
- 8- Ambalaj üzerinde steril olduğunu ve son kullanma tarihi belirtilmelidir.
- 9- Ürün takip sistemine kayıtlı olmalıdır.

**Uzm. Dr. Nurdan ÜNLÜ**  
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği  
Yoğun Bakım Uzmanı  
Dip. Tes. No: 123683

Uzm. Dr. Barış ARSLAN  
Anestezi ve Reanimasyon Uzm.  
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hast.  
Dip. Tes. No: 140272

Dr. İzzet TALO  
Dip. No : 1219