

**T.C.**  
**ADANA VALİLİĞİ**  
**İl Sağlık Müdürlüğü**  
**Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi**

Sayı : 2524  
Konu : Fiyat Teklifi

Tarih : 04.10.2022

Hastanemizin ihtiyacı olan ATEŞ ÖLÇER ALIMI Malzeme alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V.hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.

Rıdvan SARIKOL

Sıra	İş Kalemi Açıklaması	Miktar	Birim	SUT Kodu	SUT Fiyatı	UBB Kodu	Birim Fiyat
1	HASTA SICAKLIK ÖLÇÜM CİHAZLARI, ATEŞ ÖLÇER	50	Adet				
<b>Toplam</b>							

Son Teklif Verme Tarihi: 05.10.2022/15:00

**DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI**

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
  - 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
  - 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
  - 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
  - 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
  - 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
  - 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
  - 8-4734 sayılı kanunun 22-f bendine göre yapılan alımlarda malzeme kullanıldığı kadar fatura edilecektir.
  - 9-Ödeme Zamanı: Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip ( ) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
  - 10-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunu belirtecektir. Tedarikçi firma bunların SUT hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş almasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak ÜTS kayıtlarını esas almadığında hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır, yüklenicinin malzemesi herhangi bir surette malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediği, bayilik ve UBB kayıtları sistemden düşmesi nedeniyle geri ödeme yapmaması durumunda oluşan zarar idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
  - 11-Alımlarımız <http://adanasehir.saglik.gov.tr> adresinden de eş zamanlı olarak görülebilir. Ayrıca eposta adresinizi birimize verdiğiniz takdirde alımlarımız konusuna göre eposta olarak da gönderilebilmektedir.
- Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi ( Aynı gün içinde) gerekmektedir.  
2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.  
3-Ortopedi ve Beyin Cerrahi Alımlarında sterilizasyon ücreti %2 oranında alınacaktır.

FİRMA-KAŞE  
İMZA

## Temassız Ateş Ölçer Teknik Özellikleri

1. 1-8 cm mesafeden temassız olarak ölçüm yapabilmelidir
2. Ölçüm süresi en az 3 sn olmalıdır
3. Cihaz vücut ve yüzey sıcaklık ölçümlerini temassız olarak yapabilmelidir.
4. Vücut ölçüm aralığı 32-42,5°C arasında olmalıdır
5. 2 Adet standart kalem pille çalışmalıdır
6. Cihaz tabanca tipi olup rahat kullanılabilirdir
7. Gece kullanımı için Arka aydınlatmalı LCD ekranı olmalıdır.
8. ASTM standartlarına göre ölçüm yapabilmemdir.
9. En az 20 adet hafızası olmalıdır
10. Ayarlanabilir alarm değeri olmalıdır
11. F ve C secim modu olmalıdır.
12. +/- 3°C kadar manüel kalibrasyon ayarı yapılabilmelidir.
13. Sesli uyarı olmalıdır
14. Sesli uyarı özeliği açılıp kapanabilirdir
15. En geç 10 sn içerisinde otomatik olarak kapanmalıdır
16. Ölçüme yapmak için cihazı açılmaya gerek duymadan, direkt olarak ölçüm yapabilmelidir

Uğur SÜRGÜLÜ  
Adana Şehir E.A.H.  
Biyomedikal Teknikleri

Adana Şehir E.A.H. Arş. Hastanesi  
Neslihan KAYA  
Biyomedikal Mühendisi  
Klinik Mühendislik Hizmetleri Birimi

Deniz Gül KARACETE  
Teknik Uzmanlar  
Müdürüğü