

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sayı
Konu

: 2602
: Fiyat Teklifi

Tarih : 12.10.2022

Hastanemizin ihtiyacı olan ÇOCUK CERRAHİ KLİNİĞİ I KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI Malzeme alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V.hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.

Nezir DEMİR

Sıra	İş Kalemi Açıklaması	Miktar	Birim	SUT Kodu	SUT Fiyatı	UBB Kodu	Birim Fiyat
1	Adezyon Önleyici ve hemostaz oluşturan polisakkarit toz 1x5g	10	Adet		0		
Toplam							

Son Teklif Verme Tarihi: 14.10.2022

Saat:10:00

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
 - 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
 - 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
 - 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
 - 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
 - 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 - 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
 - 8-4734 sayılı kanunun 22-f bendine göre yapılan alımlarda malzeme kullanıldığı kadar fatura edilecektir.
 - 9-Ödeme Zamanı: Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip () takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
 - 10-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunu belirtecektir. Tedarikçi firma bunların SUT hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş almasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak ÜTS kayıtlarını esas almadığında hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır, yüklenicinin malzemesi herhangi bir surette malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediği, bayilik ve UBB kayıtları sistemden düşmesi nedeniyle geri ödeme yapmaması durumunda oluşan zarar idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
 - 11-Alımlarımız <http://adanashir.saglik.gov.tr> adresinden de eş zamanlı olarak görülebilir. Ayrıca eposta adresinizi birimimize verdiğiniz takdirde alımlarımız konusuna göre eposta olarak da gönderilebilmektedir.
- Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.
2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.
3-Ortopedi ve Beyin Cerrahi Alımlarında sterilizasyon ücreti %2 oranında alınacaktır.

FİRMA-KAŞE
İMZA

Yapışıklık Engelleyici ve Hemostaz oluşturan polisakkarit Toz Teknik Şartnamesi

- Ürün %100 doğal içerikli olmalıdır kesinlikle insan veya hayvansal içerik bulundurmamalıdır.
- İçeriğinde doktorlar veya medikal teknisyenler tarafından cerrahi yaralara uygulanmak üzere absorbe olabilen nişasta pudrası bulunmalıdır.
- Saflaştırılmış nişastadan üretilen, doğal içerikli, hidrofilik mikropartikül bileşiminde olmalıdır.
- Laparoskopik veya açık cerrahi girişimler esnasında basit ve güvenli uygulanabilmesi için serbest akışkan özellik göstermelidir.
- Ürün tek kullanımlık, sterilize edilmiş, pirojenlerden arındırılmış ve biyolojik uyumlu olmalıdır.
- Sınıf III ürün kategorisinde olmalıdır.
- Cerrahi girişim esnasında arterden, kapilerden veya damardan kanama oluştuğunda ve geleneksel yöntemler ile bu kanamalar kontrol edilemediğinde veya mezotel içeren boşluklarda postoperatif yapışıklılık riski olan durumlarda kullanıma uygun olmalıdır.
- Saflaştırılmış toz yapının üzerine serum fizyolojik uygulanarak jel şeklini alabilmeli.
- Ürün 7 gün absorbe olmadan vücutta kalmalı ve sonraki süreçte
- 0,1 gr, 0,25 gr, 0,5 gr, 1 gr, 3 gr, 5 gr ve 9 gr şeklinde seçenekleri olmalıdır.
- Ürün çiftli steril ambalajda ve aseptik kullanıma hazır olmalıdır.
- Termoplastik bir uygulayıcı içerisinde, dış kısmı tyvek komposit ambalaj ve oda alüminyum bir komposit ambalajda kullanıma hazır olmalıdır.
- Lateks içermemelidir.
- Gamma iradyasyon ile steril edilmiş olmalıdır.

Uzm. Dr. Ayhan ÖZMELİ CESUR
Adana Şişir Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Cerrahi Kliniği
Bip. No: 2019/1111 No: 13419

Dr. Ayhan ÖZMELİ CESUR
Adana Şişir Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Cerrahi Kliniği
Bip. No: 2019/1111 No: 13419

Gülşah EKBERLİ
Çocuk Üroloji Uzmanı
Adana Şişir Eğitim ve Araştırma Hastanesi
DR: 12-1200-110, Teş. No: 18-601-7