

**T.C.**  
**ADANA VALİLİĞİ**  
**İl Sağlık Müdürlüğü**  
**Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi**

Sayı  
Konu

: 2624  
: Fiyat Teklifi

Tarih : 13.10.2022

Hastanemizin ihtiyacı olan ncpap kanül Malzeme alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V.hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.

Volkan GÖKDEMİR

Sıra	İş Kalemi Açıklaması	Miktar	Birim	SUT Kodu	SUT Fiyatı	UBB Kodu	Birim Fiyat
1	Nasal Cpap Seti	15	Adet				
<b>Toplam</b>							

**Son Teklif Verme Tarihi: 14.10.2022 Saat 12.00**

**DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI**

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
  - 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
  - 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
  - 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
  - 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
  - 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
  - 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
  - 8-4734 sayılı kanunun 22-f bendine göre yapılan alımlarda malzeme kullanıldığı kadar fatura edilecektir.
  - 9-Ödeme Zamanı: Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip ( ) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
  - 10-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunu belirtecektir. Tedarikçi firma bunların SUT hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş almasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak ÜTS kayıtlarını esas almadığında hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır, yüklenicinin malzemesi herhangi bir surette malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediği, bayilik ve UBB kayıtları sistemden düşmesi nedeniyle geri ödeme yapmaması durumunda oluşan zarar idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
  - 11-Alımlarımız <http://adanasehir.saglik.gov.tr> adresinden de eş zamanlı olarak görülebilir. Ayrıca eposta adresinizi birimimize verdiğiniz takdirde alımlarımız konusuna göre eposta olarak da gönderilebilmektedir.
- Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.  
2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.  
3-Ortopedi ve Beyin Cerrahi Alımlarında sterilizasyon ücreti %2 oranında alınacaktır.

FİRMA-KAŞE  
İMZA

## YENİDOĞAN NASAL CPAP SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Teklif edilen parçalar hastanemizde mevcut ventilatör cihazları ile uyumlu olmalıdır.
2. Ncpap seti, ekspirasyon ve inspirasyon hattı tüpleri (decoupling tube sets) , bunların uygun 10 mm. lik konnektörleri, mıknatıslı aplikatörü, nasal prong ve 1 adet istenilen boyda boneden oluşmalıdır.
3. Tüplerin, prongların, maskelerin ve aplikatörün her biri ayrı ayrı steril paketlerde teslim edilmelidir. Teslim edilen ürünlerin steril edildiği bilgisi poşetlerin üzerinde belirtilmelidir.
4. Her bir ncpap setinde, decoupling tüpler, uygun ölçüde bone, nasal prong ve bunların sabitleneceği aplikatör yer almalıdır.
5. Aplikatörün üzerine gerektiğinde kullanım için basınç ölçüm konektörü yer almalıdır.
6. Sistemde kullanılacak prongların bebeğin burnuna giren kısmı kanca şeklinde olmalı, ventilatörden gelen akışla uç silikon kısımlar şişkinleşerek buruna kolay oturması sağlanmalı ve basınç kaçaqları engellenmelidir.
7. Setler kaçaqları minimuma indirmek için tasarlanmış olmalı, mıknatıslı aplikatör ile tüplere farklı pozisyonlar verilebilmelidir.
8. İstenildiğinde kullanılmak için tasarlanmış en az üç farklı boyda, setlerle uyumlu nasal maskeler ücreti karşılığı temin edilebilmelidir.
9. Teklif ile birlikte üretici ve temsilci firmanın ayrı ayrı yetki belgesi verilmelidir.
10. Setler istenildiğinde farklı model ventilatör cihazları ile de kullanılabilir.
11. Setlerin tamamı tek kullanımlık olmalıdır. İstenildiğinde temin edilmek üzere ücreti karşılığında en az dokuz farklı boy bone ile altı farklı boy prong seçilebilmelidir.
12. Üretici firmanın ISO belgesi olmalıdır.
13. Kullanıcının talebine göre her bir sette istenilen boyda bir adet bone, bir adet prong veya bir adet maske ve bağlantı aparatları ile teslim edilmelidir.

Uzun Adana Şehir Hastanesi  
Eğitim ve Araştırma Hastanesi  
Dip. No: 4012/00

Adana Şehir Hastanesi  
Eğitim ve Araştırma Hastanesi  
Dip. No: 4012/00

Uzun Adana Şehir Hastanesi  
Eğitim ve Araştırma Hastanesi  
Dip. No: 4012/00