

TEKNİK ŞARTNAME

Hastanemiz üroloji ameliyathanesinde bulunan, Hawk marka flexible URS cihazı bakım-onarım teknik şartnamesidir.

1. Flexible URS'de ezilme ve açılma mekanizmasında zorlanma mevcuttur, tamiri gerekmektedir.
2. Cihazın onarımı bittikten sonra sorunsuz olarak çalıştırılarak, faal durumda teslim edilmelidir.
3. Teklif veren firmalar yetki belgesini sunmak zorundadır.
4. Hizmet sırasında cihazların nakliye, montaj, demontaj olması durumunda oluşacak herhangi bir zarardan yüklenici sorumludur.
5. Cihazın görüntüsü buğuludur netleştirilecektir.
6. Cihazlara takılan her yedek parça orijinal olmalı ve en az bir (1) yıl parça garantisi verilmelidir.
7. Yüklenici firma bakım onarım işlemini bitirdikten sonra detaylı olarak teknik servis formu düzenleyerek bir nüshasını ilgili birime, bir nüshasını ise klinik mühendislik birimine teslim etmelidir.
8. Cihazların bakım onarım işlemi bittikten sonra tıbbi cihazların test, kontrol ve kalibrasyonu hakkında yönetmeliğe uygun olarak kalibrasyonları yapılmış bir şekilde teslim edilecektir.

Adana Şehir Eđl. ve Arđt. Hastanesi
Nesim KAYA
Bakım Onarım Mühendisi
Klinik Mühendislik Hizmetleri Birimi

CEMAL GÖLÜ
Mühendislik
Bakım Onarım Hizmetleri