

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sayı
Konu

: 2686
: Fiyat Teklifi

Tarih : 24.10.2022

Hastanemizin ihtiyacı olan ventilatör cihazı yıllık periyodik bakım onarımı Hizmet alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V.hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.

Volkan GÖRDEMİR

Sıra	İş Kalemi Açıklaması	Miktar	Birim	Bakım Süresi	Bakım Periyod Sayısı	UBB Kodu	Birim Fiyat
1	TIBBİ CİHAZ BAKIM ONARIM HİZMET ALIM	1	Adet	1 Yıl	2 Adet		
Toplam							

Son Teklif Verme Tarihi: 25.10.2022 Saat 12.00

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
 - 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
 - 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
 - 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
 - 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
 - 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 - 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
 - 8-4734 sayılı kanunun 22-f bendine göre yapılan alımlarda malzeme kullanıldığı kadar fatura edilecektir.
 - 9-Ödeme Zamanı: Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip () takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
 - 10-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunu belirtecektir. Tedarikçi firma bunların SUT hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş almasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak ÜTS kayıtlarını esas almadığında hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır, yüklenicinin malzemesi herhangi bir surette malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediği, bayilik ve UBB kayıtları sistemden düşmesi nedeniyle geri ödeme yapmaması durumunda oluşan zarar idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
 - 11-Alımlarımız <http://adanasehir.saglik.gov.tr> adresinden de eş zamanlı olarak görülebilir. Ayrıca eposta adresinizi birimize verdiğiniz takdirde alımlarımız konusuna göre eposta olarak da gönderilebilmektedir.
- Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.
2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.
3-Ortopedi ve Beyin Cerrahi Alımlarında sterilizasyon ücreti %2 oranında alınacaktır.

FİRMA-KAŞE
İMZA

HEINEN LÖWENSTEIN MARKA LEONİ PLUS MODEL VENTİLATÖR CİHAZI İÇİN PERİYODİK BAKIM VE ONARIM HİZMETİ (YEDEK PARÇA/MAL ALIMI HARIÇ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONUSU: Adana Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde kullanılmakta olan Heinen Löwenstein marka Leoni Plus model ventilatör cihazı 2021 yılı için bir yıllık periyodik bakım ve onarım hizmetleri (yedek parça/mal alımı hariç) alınması işine esas teknik özelliklerin belirlenmesidir.
2. BAKIMA TABİ CİHAZLAR:
 - 2.1 Heinen Löwenstein marka Leoni Plus model ventilatör cihazı 1 adet
3. PERİYODİK BAKIM ONARIM HİZMETİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ:
 - 3.1 Her türlü periyodik bakım ve onarım hizmeti ilgili markanın Türkiye Yetkili Servisi veya Türkiye Yetkili Servisinin yetki verdiği yerel servisler tarafından gerçekleştirilecektir.
 - 3.2 Yüklenici TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesine sahip olmalıdır.
 - 3.4 Belirtilen cihazlara 6 ayda bir olmak üzere yılda 2 defa periyodik bakım hizmeti verilecektir.
 - 3.5 Yüklenici cihazın bakım süresince bir defaya mahsus oksijen sensörünü ve bakım kitini ücretsiz olarak temin etmelidir.
 - 3.6 Periyodik bakım hizmetlerinin planlanan tarihi biyomedikal birimine önceden bildirilmeli ve tarih konusunda mutabakat sağlanmalıdır.
 - 3.7 ilgili hizmetler, mesai gün ve saatlerinde yapılacak olup, kurumun isteği doğrultusunda mesai gün ve saatlerinin dışında da yapılabilecektir.
 - 3.8 Yüklenici firma bakım onarım yapacağı cihazların tüm bakım onarım işlemlerini, üretici firmanın kullanım ve teknik servis kılavuzunda önerdiği şekilde yapacaktır.
 - 3.9 Bu şartname; belirtilen cihazlarla ilgili (bakım-onarım, yazılım güncelleme, yazılımsal sorunlar, üretim hatasından kaynaklanan sorunların giderilmesi, cihaz üzerinde yapılacak tadilatlar, işçilik) tüm işlemleri kapsamaktadır, yüklenici bu işlemlerle ilgili ek bir ücret talep edemez.
 - 3.10 Belirtilen cihazlarda oluşabilecek arızalarda hastane personelinin yazılı veya sözlü arıza bildiriminden itibaren, yüklenici 12 saat içerisinde arızaya müdahale etmek zorundadır.
 - 3.11 Yüklenici arızalı cihaza müdahale ettiği andan itibaren en fazla 12 saat içerisinde arızayı tespit etmelidir ve yedek parça gereken durumlarda teknik servis formuyla birlikte değişmesi gereken yedek parçayı - parçaları biyomedikal birimine bildirmelidir.
 - 3.12 Arıza tespitini izleyen süreçte yedek parça gerektirmeyen arızalar 12 saat içerisinde giderilmelidir.
 - 3.13 Yedek parça gerektiren arızalar, hastane idaresinin yedek parçayı temin ederek yükleniciye bildirmesinden itibaren, yüklenici 24 saat içerisinde yedek parçanın-parçaların montajını yaparak cihazı tüm fonksiyonlarıyla çalışır halde birim sorumlusuna teslim etmelidir.

Adana Şehir Eğt. ve Arşt. Hastanesi
Hüseyin ÇİÇEKLİ
Biyomedikal Teknikeri



Adnan TENKEKİ
Eik. Tek.
ADANA N.E.A.H

