

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sayı : 2683
Konu : Fiyat Teklifi

Tarih : 24.10.2022

Hastanemizin ihtiyacı olan TAŞ ÇIKARMA BALON KATETERİ Malzeme alımı işi satın alınacaktır. İlgilendığınız takdirde K.D.V.hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.

Rıdvan SARIKOL

Sıra	İş Kalemi Açıklaması	Miktar	Birim	SUT Kodu	SUT Fiyatı	UBB Kodu	Birim Fiyat
1	TAŞ ÇIKARTMA BALON KATETERİ	300	Adet				
Toplam							

Son Teklif Verme Tarihi: 25.10.2022/12:00

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak. benzer. muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-4734 sayılı kanunun 22-f bendine göre yapılan alımlarda malzeme kullanıldığı kadar fatura edilecektir.
- 9-Ödeme Zamanı: Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip () takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 10-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunu belirtecektir. Tedarikçi firma bunların SUT hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş almasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak ÜTS kayıtlarını esas almadığında hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır, yüklenicinin malzemesi herhangi bir surette malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediği, bayilik ve UBB kayıtları sistemden düşmesi nedeniyle geri ödeme yapmaması durumunda oluşan zarar idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Alımlarımız <http://adanasehir.saglik.gov.tr> adresinden de eş zamanlı olarak görülebilir. Ayrıca eposta adresinizi birimimize verdiğiniz takdirde alımlarımız konusuna göre eposta olarak da gönderilebilmektedir.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

- 2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.
- 3-Ortopedi ve Beyin Cerrahi Alımlarında sterilizasyon ücreti %2 oranında alınacaktır.

FİRMA-KAŞE
İMZA

SMT1859 TAŞ ÇIKARMA BALONU

SMT Temel İşlevi:	1. Ürün safra yollarında kullanılmak amacıyla tasarlanmış olmalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Kateter en az 190 cm uzunluğa sahip olmalıdır. 3. Kateterin dış çapı maksimum 8 FR olmalıdır. 4. Balon 2 veya 3 kademeli olmalı, kademeli olarak 8.5-11.5-15 / 15-18-20 mm veya 8-12 / 8-15 / 9-12 / 12-15 / 12-18 / 15-18 mm veya 9-12-15 / 12-15-18 / 15-18-21 mm veya 10-13-16 mm veya 11.5 / 15 / 18 mm şişirilebilmeli ve patlamaya dirençli olmalıdır. 5. Ürünlerin 3 lümenli (şişirme, kılavuz tel ve enjeksiyon lümeni ayrı) veya 2 lümenli (şişirme, kılavuz tel) çeşitleri olmalı ayrıca lümenler ayrı kanallardan oluşmalı veya gövde boyunca devam etmelidir. 6. Kateter minimum 2.8 mm'lik çalışma kanalında rahatlıkla kullanılabilirmeli ve 0.035 inç kılavuz tel rahatlıkla geçebilmelidir. 7. Kateterin incelen uçlu çeşidinde kateter uç kısmına yaklaştıkça kateter çapı 5 Fr'e kadar inceleyebilir olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	8. Balonun proksimal ucu radyoopak markerli olmalı ve skopide görünürlüğü iyi olmalıdır. 9. Ürünle kontrast enjeksiyonu rahatlıkla yapılabilirmelidir. 10. Pakette farklı balon çaplarını işaret eden enjektörler olmalı veya tek bir enjektör ile farklı çapta balonlar şişirilebilmelidir. 11. Kateter kolay deforme olmayan, dayanıklı malzemeden yapılmış olmalı ve balon patlamaya karşı dirençli yapıda olmalıdır.
Genel Hükümler:	12. Ürünler orijinal ambalajında, steril ve tek kullanımlık olmalıdır. 13. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.

Ecz. Ayhan GÜRZ
Sicil No: 0039347
Adana SSK Hastanesi

Ecz. Nihal Pınar KOÇER
Sicil No: 0039347
KONTROL EDİLMİŞTİR

Adana SSK Hastanesi
Nefes Hastalıkları
Maabfa Uzmanı ÖZDEMİR
Ecz. 0039347