

İl Sağlık Müdürlüğü
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sayı
Konu

: 2752
: Fiyat Teklifi

Tarih : 01.11.2022

Hastanemizin ihtiyacı olan 1 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI Malzeme alımı işi satın alacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V.hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.

Nezir DEMİR

Sıra	İş Kalemi Açıklaması	Miktar	Birim	SUT Kodu	SUT Fiyatı	UBB Kodu	Birim Fiyat
1	CERRAHİ KLİPPER UCU (CERRAHİ TRAŞ MAKİNESİ İÇİN)	900	Adet		0		
Toplam							

Son Teklif Verme Tarihi: 03.11.2022

Saat : 10:00

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
 - 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
 - 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Ki Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
 - 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
 - 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
 - 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 - 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
 - 8-4734 sayılı kanunun 22-f bendine göre yapılan alımlarda malzeme kullanıldığı kadar fatura edilecektir.
 - 9-Ödeme Zamanı: Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip () takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
 - 10-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunu belirtecektir. Tedarikçi firma bunların SUT hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş almasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak ÜTS kayıtlarını esas almadığında hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır, yüklenicinin malzemesi herhangi bir surette malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediği, bayilik ve UBB kayıtları sistemden düşmesi nedeniyle geri ödeme yapmaması durumunda oluşan zarar idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
 - 11-Alımlarımız <http://adanasehir.saglik.gov.tr> adresinden de eş zamanlı olarak görülebilir. Ayrıca eposta adresinizi birimimize verdiğiniz takdirde alımlarımız konusuna göre eposta olarak da gönderilebilmektedir.
- Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.
2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.
3-Ortopedi ve Beyin Cerrahi Alımlarında sterilizasyon ücreti %2 oranında alınacaktır.

FİRMA-KAŞE
İMZA

SMT Temel İşlevi:	<ol style="list-style-type: none">1. Vücudun her alanındaki kılları tıraş edebilecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.2. İstenildiğinde baştaki kılları ve ıslak kılları kesebilme özelliği olmalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	<ol style="list-style-type: none">3. Sabit ya da oynar başlıklı olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	<ol style="list-style-type: none">4. Kesici uçların yerleştirileceği cihaz elle tutulması kolay olmalı ve kaymamalıdır.5. Kesici uçlar cilt bütünlüğünün bozulmasını engelleyecek tasarımda olmalı Bu sebeple 2 adet bıçağı barındıran kesici uçlardan; cilde temas eden bıçak sabit yapıda olmalı, cilde temas etmeyen ve hareket ederek kılları kesme işlevini gören bıçak ise sabit bıçağın üzerinde yer almalıdır veya 2 bıçağı sabit olmayan ve hareket eden ürünler için ürün tasarımı kesinlikle cilt bütünlüğünü bozmayacak şekilde tasarlanmış olmalı ve firma bunu taahhüt etmelidir.6. Her 150 Adet klipper uç karşılığında, uçla aynı marka cihaz, kullanım amaçlı sağlık kuruluşuna verilmeli ve cihazın özellikleri:7. Tıraş cihazının ilk şarj süresi 17 saati geçmemelidir ve cihaz şarj edilirken veya pil seviyesi düşük olduğunda cihaz gövdesindeki uyarı veren ışıklandırma sistemi olmalıdır.8. Cihazın şarj edilmesi için kablolu şarj yuvası olmalıdır.9. Cerrahi tıraş cihazı musluk suyu altında temizlenebilir veya yüksek düzey bir dezenfektan solüsyonu içine batırılabilir olmalıdır10. Cerrahi tıraş cihazının bataryası aşırı şarj edilmeyi önleyen ve Cerrahi tıraş cihazının bataryası aşırı şarj edilmeyi önleyen ve hafıza etkisi olmayan Lityum batarya veya Nikel batarya özelliğine sahip olmalıdır.11. Cerrahi tıraş bıçağı suda ve solüsyonda dezenfekte edildiği için Suya dayanıklılık testine (IPX7 belgesine) sahip olmalı ve bu özelliği kutu üzerinde belirtilmelidir.12. Cihaz şarj edildikten sonra en az 60 dakika çalışabilmelidir.

Adana Şehir Etiler ve Araştırma Hastanesi
Uz. Dr. Mustafa
Sağlık Bakanlığı

Opr. Dr. Hazer
Adana Şehir Etiler ve Araştırma Hastanesi
Ameliyathane Sorumlusu

SELDA BALÇILAR
Ameliyathane Sorumlusu

Genel
Hükümler:

13. Uçlar, tekli paketler halinde olmalıdır

Adana Seb. Eğt. ve Arş. Hast.
Mustafa MAMAK
Başhekim Yardımcısı

Opr. Dr. Hacı Ali UÇAR
Adana Seb. Eğt. ve Arş. Hast.
Ameliyathane İdari Sorumlusu

SELDA BALÇILAR
Ameliyathane Sorumlu
Hemşiresi