

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sayı : 2765
Konu : Fiyat Teklifi

Tarih : 03.11.2022

Hastanemizin ihtiyacı olan BİPOLAR PLAZMA KESİCİ ALIMI Malzeme alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V.hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.

Rıdvan SARIKOL

Sıra	İş Kalemi Açıklaması	Miktar	Birim	SUT Kodu	SUT Fiyatı	ÜBB Kodu	Birim Fiyat
1	BİPOLAR PLAZMA KESİCİ SMALL LOOP	10	Adet				
Toplam							

Son Teklif Verme Tarihi: 04.11.2022/ 12:00

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
 - 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
 - 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kl Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
 - 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak. benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
 - 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
 - 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 - 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
 - 8-4734 sayılı kanunun 22-f bendine göre yapılan alımlarda malzeme kullanıldığı kadar fatura edilecektir.
 - 9-Ödeme Zamanı: Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip () takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
 - 10-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunu belirtecektir. Tedarikçi firma bunların SUT hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş almasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak ÜTS kayıtlarını esas almadığında hastancemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır, yüklenicinin malzemesi herhangi bir surette malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediği, bayilik ve ÜBB kayıtları sistemden düşmesi nedeniyle geri ödeme yapmaması durumunda oluşan zarar idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
 - 11-Alımlarımız <http://adanasehir.saglik.gov.tr> adresinden de eş zamanlı olarak görülebilir. Ayrıca eposta adresinizi birimimize verdiğiniz takdirde alımlarımız konusuna göre eposta olarak da gönderilebilmektedir.
- Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.
2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.
3-Ortopedi ve Beyin Cerrahi Alımlarında sterilizasyon ücreti %2 oranında alınacaktır.

FİRMA-KAŞE
İMZA

68-WFOLF UYUMLU BİPOLAR 24F KESİCİ ELEKTROD TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Bipolar transüretral rezeksiyon için kullanılabilir.
2. Tek bacaklı, 24 Fr. olmalıdır.
3. Loop'un tel çapı 0.3 mm olmalıdır.
4. Bipolar özellikte olmalıdır.
5. Hastanemizdeki mevcut R.Wolf marka rezektoskop seti ile uyumlu olmalıdır.
6. Çok kullanımlık olmalıdır.
7. Tekli paketler halinde verilmelidir.
8. ETO sterilizasyon veya yüksek düzey dezenfeksiyon sırasında kullanılmak üzere, her iki adet loop için bir adet sterilizasyon tüpü beraberinde teslim edilmelidir.


Doç. Dr. Ergün ALMA
S.B.Ü. Adana Şehir E.A.H.
Üroloji Kliniği
Dip. Tescil No: 100940


Doç. Dr. Ergün ALMA
S.B.Ü. Adana Şehir E.A.H.
Üroloji Kliniği
Dip. Tescil No: 100940


Op. Dr. Umur NAL
S.B.Ü. Adana Şehir E.A.H.
Üroloji Kliniği
Dip. Tescil No: 117961