

İl Sağlık Müdürlüğü
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sayı
Konu

: 2827
: Fiyat Teklifi

Tarih : 08.11.2022

Hastanemizin ihtiyacı olan KADIN DOĞUM KLİNİĞİ 2 KALEM USG PROBU ALIMİ Malzeme alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V.hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.

Nezir DEMİR

Sıra	İş Kalemi Açıklaması	Miktar	Birim	SUT Kodu	SUT Fiyatı	UBB Kodu	Birim Fiyat
1	ULTRASONOGRAFI PROBU 4 BOYUTLU DIŞBÜKEY - CONVEX FETAL	1	Adet		0		
2	ULTRASONOGRAFI PROBU ENDOKAVİTER VAJİNAL	1	Adet		0		
Toplam							

Son Teklif Verme Tarihi: 11.11.2022

Saat : 10:00

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
 - 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
 - 3- Alma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştırıcıların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
 - 4-Malzeme tesliminde teklifle belirtilen kalite ve marka esas alınacak. benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
 - 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek. değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
 - 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 - 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
 - 8-4734 sayılı kanunun 22-f bendine göre yapılan alımlarda malzeme kullanıldığı kadar fatura edilecektir.
 - 9-Ödeme Zamanı: Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip () takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
 - 10-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunu belirtecektir. Tedarikçi firma bunların SUT hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş almasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak ÜTS kayıtlarını esas almadığında hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır, yüklenicinin malzemesi herhangi bir surette malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediği, bayilik ve UBB kayıtları sistemden düşmesi nedeniyle geri ödeme yapmaması durumunda oluşan zarar idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
 - 11-Alımlarımız <http://adanasehir.saglik.gov.tr> adresinden de eş zamanlı olarak görülebilir. Ayrıca eposta adresinizi birimizimize verdiğiniz takdirde alımlarımız konusuna göre eposta olarak da gönderilebilmektedir.
- Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.
2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.
3-Ortopedi ve Beyin Cerrahi Alımlarında sterilizasyon ücreti %2 oranında alınacaktır.

FİRMA-KAŞE
İMZA

RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ CİHAZI İÇİN VOLÜMETRİK KONVEKS PROB TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONUSU:

Bu teknik şartname, Adana Şehir Hastanesi kullanılmakta olan Samsung Marka RS85 Prestige model Renkli Doppler Ultrasonografi Cihazı için Volumetrik Konveks prob teknik özelliklerini tanımlamaktadır.

2. İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- 2.1. Teklif edilen prob, cihazla tam uyumlu çalışabilmeli ve orijinal olmalıdır. Ayrıca orijinal katalog üzerinden belgelendirilmelidir.
- 2.2. Teklif edilen volumetrik konveks prob, en az 1-8 MHz frekans aralığında çalışabilmelidir.
- 2.3. Cihazda kullanılmak üzere verilecek volumetrik konveks prob ile B-Mod, Renkli Doppler, PW Doppler, 3D ve 4D incelemeleri yapılabilirdir.
- 2.4. Teklif edilen volumetrik konveks prob ile obstetrik ve jinekolojik uygulamalar yapılabilirdir.
- 2.5. Teklif edilen prob S-Vue teknolojisine sahip olmalıdır.
- 2.6. Teklif edilen prob ile 3D/4D çalışmaları yapılabilirdir.
- 2.7. Teklif edilen ürünün ve teklif veren firmanın UTS kaydı olmalıdır.


Uğur SÜRGÜLÜ
Adana Şehir E.A.H.
Biyomedikal Teknikeri

Adnan TENEKİÇİ
Bik Tek
ADANA ŞEHİR E.A.H.


RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ CİHAZI İÇİN VOLUMETRİK VAJİNAL PROB TEKNİK ŞARTNAMESİ


1. KONU:

Bu teknik şartname Adana Şehir Hastanesi kullanılmakta olan Samsung Marka RS85 Prestige model Renkli Doppler Ultrasonografi Cihazı için Volumetrik Vajinal prob teknik özelliklerini tanımlamaktadır.

2. İSTEK VE ÖZELLİKLER:

- 2.1. Teklif edilen prob, cihazla tam uyumlu çalışabilmeli ve orijinal olmalıdır. Ayrıca orijinal katalog üzerinden belgelendirilmelidir.
- 2.2. Teklif edilen volumetrik vajinal prob, en az 2-10 MHz frekans aralığında çalışabilmelidir.
- 2.3. Cihazda kullanılmak üzere verilecek prob ile B-Mod, Renkli Doppler, PW Doppler ve 3D incelemeleri yapılabilirdir.
- 2.4. Teklif edilen volumetrik vajinal probun görüntüleme açısı en az 150° olmalıdır ve prob ile obstetrik, jinekolojik ve ürolojik uygulamalar yapılabilirdir.
- 2.5. Teklif edilen prob ile 3D çalışmalar yapılabilirdir.
- 2.6. Teklif edilen ürünün ve teklif veren firmanın UTS kaydı olmalıdır.

Adana Şehir Eğt. ve Arşt. Hastanesi
Hüseyin ÇİCEKLİ
Biyomedikal Teknikeri



Uğur SÜRĞÜLÜ
Adana Şehir E.A.H.
Biyomedikal Teknikeri



Adana Şehir Eğt. ve Arşt. Hastanesi
Neslihan KAYA
Biyomedikal Mühendisi
Klinik Mühendislik Hizmetleri Birim

