

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sayı
Konu

: 2892
: Fiyat Teklifi

Tarih : 17.11.2022

Hastanemizin ihtiyacı olan HASTA KARYOLA YATAK TAMİRİ Malzeme alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V.hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.

Volkan GÖKDEMİR

Sıra	İş Kalemi Açıklaması	Miktar	Birim	SUT Kodu	SUT Fiyatı	UBB Kodu	Birim Fiyat
1	TIBBİ CİHAZ BAKIM VE ONARIMI	1					
Toplam							

Son Teklif Verme Tarihi: 18.11.2022 Saat 12.00

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
 - 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
 - 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
 - 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
 - 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
 - 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 - 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
 - 8-4734 sayılı kanunun 22-f bendine göre yapılan alımlarda malzeme kullanıldığı kadar fatura edilecektir.
 - 9-Ödeme Zamanı: Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip () takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
 - 10-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunu belirtecektir. Tedarikçi firma bunların SUT hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş almasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak ÜTS kayıtlarını esas almadığında hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır, yüklenicinin malzemesi herhangi bir surette malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediği, bayilik ve UBB kayıtları sistemden düşmesi nedeniyle geri ödeme yapmaması durumunda oluşan zarar idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
 - 11-Alımlarımız <http://adanasehir.saglik.gov.tr> adresinden de eş zamanlı olarak görülebilir. Ayrıca eposta adresinizi birimimize verdiğiniz takdirde alımlarımız konusuna göre eposta olarak da gönderilebilmektedir.
- Not: 1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.
2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.
3-Ortopedi ve Beyin Cerrahi Alımlarında sterilizasyon ücreti %2 oranında alınacaktır.

FİRMA-KAŞE
İMZA

HASTA KARYOLA YATAK TEKNİK ŞARTNAMESİ

Hastanemiz Çocuk Acil ve Göz servisinde kullanılan demirbaşımıza kayıtlı 2 adet arızalı Hasta Karyola yatak için gerekli malzemeler aşağıdaki özelliklere uygun olmalıdır.

PE MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ HASTA KARYOLASI ALT ŞASE BİRLEŞTİRME (KELEPÇE) PLASTİĞİ ÖZELLİKLERİ

- 1- Plastik enjeksiyon malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
- 2- Medikal2000 marka İkonyum 3MS model yataklarına uygun olmalıdır.
- 3- Birleştirme plastiği iki parçadan oluşmalıdır.
- 4- Birleştirme plastiği arasından geçen profile birebir uyumlu olmalıdır.
- 5- Birleştirme plastiği üst kısmı metal parça ile takviyeli olmalıdır.
- 6- Birleştirme plastiği kenarlarında karyolaya montaj edilebilmesi için iki adet vida deliği bulunmalıdır ve 10*120 mm imbus vida yanında verilmelidir.
- 7- Kullanılacak malzeme 4 adet olmalıdır.
- 8- Malzeme 1 yıl garantili olmalıdır.


150 LİK YÜKSEKLİK MOTOR TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. MONTAJ BOYU 325 mm OLMALIDIR.
2. AÇIK BOYU 475 mm OLMALIDIR.
3. STROK BOYU 150 mm OLMALIDIR.
4. ÇALIŞMA GERİLİMİ DC 24V OLMALIDIR.
5. MINIMUM IPX6 OLMALIDIR.
6. KONTROL ÜNİTESİNE UYGUN BAĞLANTI UCU OLMALIDIR.
7. 6000 NEWTON OLMALIDIR.
8. MAX. 4.5 AMPER OLMALIDIR.
9. KULLANILACAK YÜKSEKLİK MOTOR 1 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR.

Adana Şehir Eğt. ve Arşt. Hastanesi
Hüseyin ÇİCEKLİ
Biyomedikal Teknikeri



Adnan TENKEKÇİ
Elk. Tek.
ADANA N.E.A.H.



Uğur SÜRGÜLÜ
Adana Şehir. E.A.H.
Biyomedikal Teknikeri

