

**T.C.**  
**ADANA VALİLİĞİ**  
**İl Sağlık Müdürlüğü**  
**Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi**

Sayı  
Konu

: 2936  
: Fiyat Teklifi

Tarih : 24.11.2022

Hastanemizin ihtiyacı olan Yenidoğan için tıbbi Malzeme alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V.hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.

Volkan GÖKDEMİR

Sıra	İş Kalemi Açıklaması	Miktar	Birim	SUT Kodu	SUT Fiyatı	UBB Kodu	Birim Fiyat
1	LISA YÖNTEMİ İÇİN SURFAKTAN UYGULAMA KATETERİ 6F	5	Adet				
<b>Toplam</b>							

**Son Teklif Verme Tarihi: 25.11.2022 Saat 12.00**

**DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI**

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
  - 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
  - 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
  - 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
  - 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
  - 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
  - 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
  - 8-4734 sayılı kanunun 22-f bendine göre yapılan alımlarda malzeme kullanıldığı kadar fatura edilecektir.
  - 9-Ödeme Zamanı: Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip ( ) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
  - 10-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunu belirtecektir. Tedarikçi firma bunların SUT hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş almasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak ÜTS kayıtlarını esas almadığında hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır, yüklenicinin malzemesi herhangi bir surette malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediği, bayilik ve UBB kayıtları sistemden düşmesi nedeniyle geri ödeme yapmaması durumunda oluşan zarar idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
  - 11-Alımlarımız <http://adanasehir.saglik.gov.tr> adresinden de eş zamanlı olarak görülebilir. Ayrıca eposta adresinizi birimize verdiğiniz takdirde alımlarımız konusuna göre eposta olarak da gönderilebilmektedir.
- Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.  
2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.  
3-Ortopedi ve Beyin Cerrahi Alımlarında sterilizasyon ücreti %2 oranında alınacaktır.

FİRMA-KAŞE  
İMZA

LISA YÖNTEMİ İÇİN SURFAKTAN UYGULAMA KATETERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ  
(5590.106)

1. Kateter, daha az invaziv bir yöntem olan LISA metoduyla surfaktan gönderimine olanak sağlayan bir yapıda tasarlanmış olmalıdır.
2. Kateter, spontan solunumu olan bebeklerde, özel bir ekipman gerektirmeden kullanıma uygun, patentli bir dizayna sahip olmalıdır.
3. Kateter, vücut ısıyla şekil alabilen termoplastik PEBA materyali sayesinde uygulama kolaylığı sağlamalıdır.
4. Kateter kıvrık uç yapısı insan anatomisine uygun şekli sayesinde trakea mukozasına zarar vermemelidir.
5. Kateterin boyutu tüm prematüre ve yeni doğan hastalara uyumlu 6 Fr çapında ve 20 cm uzunluğunda olmalıdır.
6. Kateter şeffaf olmalıdır ve surfaktan geçişi gözlenebilir olmalıdır.
7. Kateter üzerinde her 5 cm'de bir kalın çizgilerle belirtilmiş derinlik işaretçileri olmalıdır.
8. Kateter materyali yarı sert ve bükülebilir özellikte olmalıdır.
9. Kateterin siyah renkteki kıvrık distal ucu, kateterin geri kalan kısmından iki kat daha yumuşak olmalı ve vokal kordlardan geçişi kolaylaştırmalıdır. Bu kısım 2 cm uzunluğunda ve 30 derece eğimde, künt yapıda olmalıdır.
10. Kateterin ölü boşluğu 0.2 ml olmalıdır.
11. Kateter lateks ve DEHP içermemelidir.
12. Kateter CE Belgesi'ne sahip olmalıdır.
13. Kateter, steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
14. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibari ile en az iki yıl miadlı olmalıdır.



Adana Şehir  
Eğitim ve Araştırma Hastanesi  
Doç. Dr. Selma Gül AŞI  
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  
Dip. No: 111767  
Dip. No: 4969

Doç. Dr. ÖZDEMİR TUNA DİTİRKİRAN  
ADANA ŞEHİR HASTANESİ  
Sicil No: ECZ. 4987

Uzm. Dr. Selma ÖYLÜOĞLU  
Adana Şehir Hastanesi  
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  
Dip. Tes. No: 111767  
Dip. No: 4969