

**T.C.**  
**ADANA VALİLİĞİ**  
**İl Sağlık Müdürlüğü**  
**Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi**

Sayı : 198  
Konu : Fiyat Teklifi

Tarih : 25.01.2023

Hastanemizin ihtiyacı olan 2 KALEM BIÇAKLI TROKAR ALIMI Malzeme alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V.hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.

Rıdvan SARIKÖL

Sıra	İş Kalemi Açıklaması	Miktar	Birim	SUT Kodu	SUT Fiyatı	UBB Kodu	Birim Fiyat
1	BIÇAKLI TROKAR, STANDART, 5MM	500	Adet				
2	BIÇAKLI TROKAR, STANDART, 10-11MM	400	Adet				
<b>Toplam</b>							

Son Teklif Verme Tarihi: 26.01.2023 / 15:00

**DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI**


- Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
  - Mal Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
  - Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
  - Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb Malzemeler kabul edilmeyecektir.
  - Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalemler için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
  - Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
  - Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
  - 4734 sayılı kanunun 22-f bendine göre yapılan alımlarda malzeme kullanıldığı kadar fatura edilecektir.
  - Ödeme Zamanı: Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip ( ) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
  - Tedarikçi firma alıma ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunu belirtecektir. Tedarikçi firma bunların SUT hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş almasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak UTS kayıtlarını esas almadığında hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır, yüklenicinin malzemesi herhangi bir surette malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediği, bayilik ve UBB kayıtları sistemden düşmesi nedeniyle geri ödeme yapmaması durumunda oluşan zarar idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
  - Alımlarımız <http://adanasehir.saglik.gov.tr> adresinden de eş zamanlı olarak görülebilir. Ayrıca eposta adresinizi birimimize verdiğiniz takdirde alımlarımız konusuna göre eposta olarak da gönderilebilmektedir.
- Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.  
2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.  
3-Ortopedi ve Beyin Cerrahi Alımlarında sterilizasyon ücreti %2 oranında alınacaktır

FİRMA-KAŞE  
İMZA

## SMT1363 TROKAR, BIÇAKLI

<b>SMT Temel İşlevi:</b>	1. Endoskopik ameliyatlarda, vücuda cerrahi aletleri yerleştirmek için kullanılabilen bir açıklık oluşturmak amacıyla kullanılabilir olmalıdır.
<b>SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:</b>	2. Trokar sistemi, obtüratör ve kanülden oluşmalıdır. İstendiği takdirde firma obtüratöre uyumlu kanül satış hizmeti verebilmelidir. 3. Trokarın uzunluğu kısa için 70(± 10 mm), standart için 100 mm (± 10 mm) ve uzun için 150 mm (± 10 mm) olmalıdır.
<b>Teknik Özellikleri:</b>	4. Trokar 5/5,5 mm lik 5mmlik el aletlerinin kullanımı için, Trokar 10/11mm lik 5-10 mm veya 5-11 mm lik el aletlerinin kullanımı için, Trokar 12/12,5mm lik 5-12 mm lik el aletlerinin kullanımı için, Trokar 15mm lik 5-15 mm lik el aletlerinin kullanımı için bir konvertöre ihtiyaç duymaksızın kullanılabilir veya konvertör yanında ücretsiz verilmelidir. 5. Kanülün dışı, batin duvarından dışarı çıkmasını engelleyen bir sisteme sahip olmalıdır. 6. Trokarda bulunan vana sistemi sayesinde batin içindeki gazın cerraha direkt olarak gelmesini engelleyen mekanizmaya sahip olmalıdır. 7. Trokar avuç içerisinde sıkılarak veya bir buton ile emniyet mekanizması aktive edilebilmelidir. 8. Trokar 5/5,5, 10-11 ve 12/12,5 mm lik trokarkanülünün, çap düşürücü ve/veya kanülden hava kaçmasını engelleyici iki ayrı conta veya valf sistemi olmalıdır. Bu özellik hava kaçmasını azaltmalı ve 10-11, ve 12/12,5 mm lik trokarlarda spesimen çıkartmak için çap düşürücü çıkartıldığında kanülün batin içi havayı korumasını sağlamalıdır. Trokar kanülünün iç kısmında gaz kaçmasını engelleyecek valf veya 4 yapraklı yonca sistemi veya çift conta sistemi olmalıdır. 9. Biçaklı trokarın ucunda doku yaralanmasını engellemek için hızlı hareket eden emniyet kılıfı ve emniyet mekanizması olmalı. Trokarın karın duvarında düzgün bir kesi alanı yaratmak için bıçağın iki tarafı da keskin ve bıçağı "V" şeklinde veya yuvarlatılmış olup düz kesi yapma özelliğine sahip olmalıdır.

  
Op.Dr. Sefa ÖZYAZICI  
Diploma No: T2000/1559/103242

  
Op.Dr. Sefa ÖZYAZICI  
Diploma No: T2000/1559/103242

  
Op.Dr. Sefa ÖZYAZICI  
Diploma No: T2000/1559/103242

## SMT1363 TROKAR, BIÇAKLI

<b>Teknik Özellikleri:</b>	10. Trokar ve parçaları üzerinde vida punto vb. düşebilecek ve hasta güvenliğini tehlikeye atacabilecek parça bulunmamalıdır.
<b>Genel Hükümler:</b>	11. Malzemeler, steril, tek kullanımlık ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir. 12. Ambalajının üzerinde son kullanma tarihi, LOT ve UBB bilgisi bulunmalıdır.

  
Op. Dr. C. GONLER  
Dip. No: 11109

  
Op. Dr. C. GONLER  
Dip. No: 11109

  
Op. Dr. Sefa ÖZYİĞİT  
Dip. No: 12002/11109